


OTOKLAV POŞETLEME/PAKETLEME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz 220V/50Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazın gücü en az 400 watt olmalıdır.
- Cihaz 5cm,7,5cm,10cm,15cm,20cm'lik poşetlerde kullanılabilmelidir.
- Cihazın kullanımı kolay olmalıdır.
- Aletleri sızdırmayacak şekilde hermetik olarak kapatmalıdır.
- Cihaz üzerinde on off düğmesi olmalıdır.


Dt. Mustafa Akbulut
T.C. Sağlık Bakanlığı
Pahşolu İlçe Devlet Hastanesi
Biyokimya Uzmanı