

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

21.04.2016


SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/F maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr. Seyit Ali Volkan POLATKAN

Yönetici



**TEKLİF MEKTUBU**

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	CERRAHİ PEDİ	100	ADET		
2	TANSİYON ALETİ MAŞONU	2	ADET		
3	EKG ARA KABLOSU	20	ADET		
TOPLAM (KDV HARİÇ)					

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **27.04.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER SONUÇLANMA TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE DEPOSUN ATESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

TELEFON: 0472 616 1556 - DAHİLİ: 1184

FAX: 0472 616 1168

E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

## TANSİYON HOLTER MANŞONU TEKNİK ŞARTNAME (L 32-42)

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon CE belgesine sahip olmalı ve bu özellik manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
3. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
4. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon malzemesi basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, latex, PVC, PEPH içermeyen malzemedir yapılmış olmalı ve anti alerjik özellikte olmalıdır.
6. Manşon üzerinde Latex, PVC, PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
7. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı, erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon monitörizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 32-42 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon WatchBP 03 model tansiyon holteri Microlife model ile uyumlu olmalıdır.

  
Uzm.Dr. Zeynep YILMAZ GÖNENÇER  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 1474-24  
Patinos Deviyat Hastahane

## CERRAHİ PEDI

1. Mesh yapısı % 100 polipropilen olmalıdır
2. Mesh non absorbable olmalıdır vücutta emilmemelidir
3. İnert (vucutta reaksiyon göstermemelidir )olmalıdır
4. Kullanımı kolay olmalı kullanım sırasında buruşmayacak yapıda olmalıdır
5. Esnemeye karşı dayanıklı olmalıdır
6. Kesilebilmeli ve kesildiğinde parçalanıp dağılmamalıdır lazer kesim olmalıdır
7. Ab direktiflerine göre 93 / 42 tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır
8. Ürün CE.İSO 13485 : 2003 BELGELİ UBB kayıtlı ve s.b onaylı olmalıdır
9. Ürünler EO ile steril olmalıdır
10. Por aralığı 1.2 mm olmalı mesh kalınlığı 0.40 ( +-1 mm ) mikron olmalıdır
11. Ürüne ait stotoksitite akut sistemik toksisite ve iritasyon testleri teklifle birlikte sunulmalı
12. Ürün patlama mukavemeti 731 k pa olmalı ve rapor sunulmalıdır
13. 4\*1 ölçüsünde olmalı ve numune değerlendirmesi yapılacaktır
14. Teklif veren firmaların ihale saatinde numune getirmeleri gerekmektedir numune getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır .numune getiren firmaların malzemesi komisyonca bakılıp değerlendirilip karar verilecektir
15. Teklif veren firmaların en gec 2 iş günü içerisinde malzemeyi teslim etmeleri gerekmektedir aksi takdirde ikinci avantajlı firmaya geçiş yapılacaktır

Op.Dr.Özkan Ünlü ÖZSEL  
Tıbbi Cihazlar ve Steril Cerrahi Aletler  
Diyarbakır, Mes. No: 140890