

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU 5 (BEŞ) KALEM TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

28.04.2016

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Seyit Ali Volkan POLATKAN

Yönetici



TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	SAÇ YIKAMA BONESİ	1.000	ADET		
2	VUCÜT TEMİZLEME LİFİ	2.000	PAKET		
3	ANTİBAKTERİYEL PERİNE PEDİ	1.000	PAKET		
4	GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ(ASPIRİN)	2.000	LİTRE		
5	İP PASPAS TAKIMI	500	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **02.05.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
- 10 KALEMLER ÜZERİNDEN ATILAN TEKLİFLER DE KABUL EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

SAÇ YIKAMA BONESİ

- 1.Saç temizleme solüsyonu boneye emdirilmiş ve pH 4-5.5 arasında olmalıdır.
- 2.Hastaya temizlik masajı uygulanırken içindeki kimyasal maddelerin akmasını önlemek için bonenin dışı sızdırmaz malzeme ile kaplı olmalıdır.
- 3.Her bir hasta için tek tek ambalajlarda olmalıdır. ısıya dayanıklı poşetlerde olmalıdır.
4. Oda ısısında veya mikrodalga fırında ısıtılarak kullanıma uygun olmalıdır.ısıtılarak kullanılmak istendiğinde ısıtma süresi 30 sn fazla olmamalıdır.
- 5 Kuru saçı en fazla 3 dakikalık friksiyonla temizleyebilmelidir.bone çıkarıldıktan sonra saçların yıkanmasına ve durulanmasına gerek duyulmamalıdır.
- 6.Göz ve ciltte iritasyona neden olmamalı. lateks ve alkol içermemelidir.
- 7 Her cilt tipine uygun olmalıdır.ciltte tahriş yaratmayan hipoalerjik özellikte olmalıdır.
- 8 Ürün antibakteriyel etkiye sahip olmalı ve antibakteriyel bariyer sağlamalıdır.
9. Ürün dokusu hassas ve yumuşak olmalıdır.
- 10.Kendinden köpürme özelliğine sahip olmalıdır.
- 11Bone hem şampuan hem saç kremi içermelidir.
- 12.Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp durulamaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.
- 13.Hasta saçı temizlendikten sonra kendi ayrı bir işlem gerektirmemeli havlu ile kurulanabilmelidir
- 14.Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi.son kullanma tarihi lot numarası. referans numarası.TC sosyal güvenlik kurumu kontrolünden geçmiş ve TC sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu, 4 haneli CE işareti ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.ürünün orijinal ambalajındaki bilgiler tıbbi cihaz yönetmeliği ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
- 15.Ürüne ait Türkçe kullanım kalvuzu bulunmalıdır.
- 16.Yüklenici firma son kullanma tarihinin dolamsına 3 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi tahaddüt etmelidir.
- 17.Numune üzerinde değerlendirilip karar verilecektir.

ibrahim Seray 1/22

VÜCUT BAKIM TEMİZLEME LİFİ

1. Temizleyici solüsyon pedlere emdirilmiş halde kullanıma hazır olmalı.su içinde kendilinden köpürmeli ve durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.ürünün içerdiği emülsiyon miktarı yoğun olmalıdır.
2. Alkol.lateks.lanolin içermemeli ve her cilt tipine uygun olmalıdır.
3. Ciltte tahriş yaratmayan hipoalerjik özellikte olmalıdır.
4. Bedenin tüm cilt yüzeylerinde (perine müköz membranlae) kullanılabiləcək pH oranına (3.5-5.0)sahip olmalıdır.
- 5.Ürün temizleme işlevinin yanı sıra pişik önleyici ve tedavi edici özelliğe de sahip olmalıdır.
6. Ürün antibakteriyel özelliğe sahip olmalı ve antibakteriyel bariyer sağlamalıdır.
7. Antibakteriyel özelliği tercihen %2 klorheksidin glukonat sağlanmalıdır.
8. Uygulama sonrası ciltte şeffaf .nefes alan krem tabakası bırakmalıdır.
9. Isıtılarak veya oda ısısında kullanılabilmelidir.
10. Sünger/bez/ped cilt temizliğini kolayca sağlamaya uygun boyutta (22x23-22x33) olmalı.avuç içinde kolayca katlanarak cilt temizleme işlemini basitçe gerçekleştirmelidir.
- 11 Kalınlığı 0.5-1.0 cm .dokusu yumuşak ve hassas olmalıdır.
- 12 Bir pakette en az 10 adet tek kullanımlık sünger/bez/ped bulunmalıdır.ürün ambalajı ambalaj içindeki pedlr tükeninceye kadar açıp-kapamaya uygun kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
- 13 Ürün paketinden çekildiğinde yırtılmamalı ve elden kaymayacak özellikte olmalıdır.
- 14Ürün paketi ısıya dayanıklı olmalıdır.
- 15 Ürünün uygulanması sonrasında herhangi bir işleme gerek duyulmamalıdır.
- 16.Ürün hem pediatrik hem de yetişkin hasta gruplarının tümünde kullanıma uygun olmalıdır.
- 17.Bu malzemede steril tek kullanımlık paketler içinde olmalıdır.
- 18.Sık kullanıma uygun olmalıdır.
- 19 Aloe vera veya fosfolipid içermeli bu sayede cildin kurumasını ve hassasiyetini gidermelidir.
- 20.Cildi yenileyici (Epitelizan) etkisi olmalıdır.
21. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi.son kullanma tarihi lot numarası. referans numarası.TC sosyal güvenlik kurumu kontrolünden

*İbrahim
Sarıoğlu*

geçmiş ve TC sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu, 4 haneli CE işareti ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.ürünün orijinal ambalajındaki bilgiler tıbbi cihaz yönetmeliği ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

22.Ürüne ait Türkçe kullanım kalvuzu bulunmalıdır.

23.Yüklenici firma son kullanma tarihinin dolamsına 3 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

24.Numune üzerinde değerlendirilip karar verilecektir

ANTİBAKTERİYEL PERİNE BÖLGESİ TEMİZLEME PEDI

- 1- Vücut temizleme pedin den farklı, belgeyi tahriş etmemesi için daha ince yapıda ve esneklikte olmalı
- 2- Ürün perine bölgesi için, temizleyici, nemlendirici, koku giderici, özellikte olmalı
- 3- Latex, Alkol ve Lanolin içermemeli
- 4- Anti bakteriyel olmalı ve mikroorganizmalara karşı etkili olmalı
- 5- Nemlendirici ve yumuşatıcı özelliğinde olmalı
- 6- Poşetlerdeki malzeme kontaminasyonu önleyici nitelikte kullanma hazır olmalı
- 7- Durulama,kurulama gerektirmez özellikte olmalı
- 8- Cildi kurutmamalı ve alerji yapmamalı
- 9- Cildi besleyici özellikli olmalı ve olu hücrelerin yenilenmesini sağlamalı
- 10-Bariyer koruyucu özellikte olmalı
- 11- Her cildin asiditesine göre 5.5 ph ayarlanmış olmalı
- 12-Tahriş etmemesi için sık kullanıma uygun olmalı
- 13- Haricen herhangi bir SIVI emdirme ihtiyacı duyulmamalı
- 14-Ürün üzerinde son kullanma tarihi olmalı
- 15-Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az iki yıl miatlı olmalıdır
- 16-numune üzerinden değerlendirilecektir.

İbrahim Serin
→

GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Tuvalet,banyo ve koridor gibi yıkanabilir her türlü yüzeyin temizliğinde kullanılabilir
- 2.Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.
- 3.Hoş bir temizlik kokusu bırakmalıdır.
- 4.Cam temizliğinde de kullanılabilirdir.
- 5.İçeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 6.Yoğunluk :1.00+/-0.05 g/cm³
- 7.Ph(direkt):7.0±1.0
- 8.Ürün 5kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 9.Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 11.Hoş kokulu kullanıldığında zarar vermeyecek ve leke bırakmayacaktır.
12. Ürüne ait TSE ve /veya TSEK ve /veya ISO ve/veya CE vb. kalite belgeleri olmalı ve istekliler teklif eklerinde kalite belgelerini sunacaklardır.

İP PASPAS APARATI TAKIMI

- 1.Her takım sap sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.
- 2.Sap sert dayanıklı plastikten sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- 3.Paspas takımı dayanıklı süper emici uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi:beyaz renkli olmalıdır.
- 4.Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarara vermemelidir.
- 5.Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kısıkaçlı mekanizması olmalıdır.