

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU 1 (BİR) KALEM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ALIM İŞİ

09.05.2016

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Seyiz Ali Volkan POLATKAN
Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	VERTEBROPLASTİ KİTİ	2	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **11.05.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:30'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

VERTEBROPLASTİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Lokal anestezi altında perkütan olarak uygulanabilmelidir.
- 2) Set içerisinde 1 çalışma kanülü, 3 filler device ve 1 adet kemik girişim seti bulunmalıdır.
- 3) İşlem sırasında korpus biyopsisi alabilmek için gerekli malzeme (drill) set malzemeleri içinde olmalıdır. Biyopsi alabilmek için ek bir malzeme gerekmemelidir.
- 4) Drill ve filler device'lar çalışma kanülünün ucundan en az 4 cm çıkmalıdır.
- 5) Tüm ürünler birbiri ile uyumlu olmalı ve üzerlerinde hepsinin ölçekleri mevcut olmalı ve kontrollü uygulama sağlamalıdır.
- 6) Filler device'lar 2 cc kemik cement alabilmeli ve iticisinin üzerinde gönderilen miktarın belli olacağı şekilde her 0,25 cc de bir ölçeklendirilmiş olmalıdır.
- 7) Kemik cement toz maddesi en az %30 baryum veya kontrast madde içermeli ve skopi ile rahatça görülebilmelidir. Cement 4 ila 6 dakika arasında yoğunlaşmalı ve 16 dakikadan önce donmamalıdır.
- 8) Çalışma kanülleri ve filler device'ların sapları düz olmamalı, kolay tutma, çevirme ve çakma işlemleri için T veya topuz saplı olup elle kolayca sağlam tutulabilmelidir.
- 9) Ürünlerin UBB kaydı olmalı, CE onaylı olmalıdır.
- 10) Firmalar set olarak her kaleme fiyat vermelidir. Değerlendirme grup olarak yapılacaktır.

Op. Dr. N. Ö. Ü. Ü. Ü.
Fırtına Devlet Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 140880