

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU 3 (ÜÇ) KALEM TIBBİ MALZEME ALIM İŞİ

31.05.2016

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Seyit Ali Volkan POLATKAN
Yönetici



TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	PULSE OKSİMETRE CİHAZI	5	ADET		
2	TEMASIZ ATEŞ ÖLÇER	5	ADET		
3	TANSİYON ALETİ	5	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKŞİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **03.06.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKŞİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

PARMAK TİP PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz: LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz: yetişkin ve pediatrik hastalar için kullanılabilir.
3. Parmaktan non invaziv olarak oksijen saturasyonu ve kan basıncı ölçümlerini yapabilmelidir.
4. Cihaz herhangi bir prob ve ara kablo bağlantısına gerek duymayan ölçüm yapabilmelidir.
5. Cihaz: spo2 ölçüm aralığı %0-100 olmalıdır.
6. Cihaz: 1,5V , 2A alkaline batarya ile çalışmalıdır.
7. Batarya en az 24 saat kullanılabilir.
8. Düşük batarya durumunda ekranda uyarı verilmelidir.
9. Cihaz batarya tasarrufu sağlamak amacıyla ölçüm bittiğinde 8 saniye içinde otomatik kapama özelliğine sahip olmalıdır.
10. Cihaz 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Satıcı firma bunu yazılı taahhüt etmelidir.
11. Cihaz ile birlikte, 2 adet şarj edilebilir alkaline batarya ve şarj cihazı verilmelidir.
12. Verilecek şarj cihazı 220 V 50 hz şebeke cıreyanı ile çalışmalıdır.
13. Satıcı firma, teklifle beraber tek yetkili satıcı olduğunu satın alma komisyonuna ibraz etmelidir.
14. Cihaz uluslar arası kalite standartlarına (ISO, CE, TÜV vs) haiz olmalıdır.

Uzm. Dr. Ferhat BALÇETİR
Patiyoloji Hastanesi
144892

Hatice Tany
Hatta

Mahmut Ömer
MÖ

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ateş ölçer, tene veya mukozaya hiçbir şekilde temas etmeden ,belli bir mesafeden (yaklaşık 2.5 - 3 cm) vücut sıcaklığını kulaktan anında hassas dijital olarak ölçmelidir.
- 2) Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçüm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
- 3) Ateş ölçer, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- 4) Ateş ölçer, ASTM Belgesine sahip olmalıdır.(Uluslararası ısı ölçüm standartlarına uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır.)
- 5) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infrared ışınlarının göze zararı olmamalıdır.
- 6) Ateş ölçer, otomatik veya manuel kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır,
- 7) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı alın ölçüm aralığı 34.0-42.5 °c olmalıdır.
- 8) Ateş ölçer diğer kullanımlarda (Sıvı , katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm aralığı 1 – 55 °c olmalıdır.
- 9) Ateş ölçer LCD ışıklı dijital ekrana haiz olmalıdır ve aydınlatma özelliği taşımalıdır.
- 10) Ateş ölçerin hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik yayınlara sahip olmalıdır.
- 11) UBB kaydı olmalıdır.
- 12) 4 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10 000 ölçüm yapmalıdır
- 13) Ateş ölçer, Medikal sınıflandırmada " Clas II'a tıbbi cihaz " olarak test edilmiş olmalıdır
- 14) Ateş ölçer, 2 Yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.
- 15) Ateş ölçer türkçe kullanım klavuzu,4 adet AAA pil ve pratik kullanımına yönelik türkçe DVD verilmelidir.
- 16) Cihazın ağırlığı = 90 gr (Piller dahil)
- 17) Cihaz boyutları = 165 x 40 x 21.9 mm (Koruma kapağı dahil)
- 18) Rezolüsyon Bilgisi = 0.1°C
- 19) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Uzm. Dr. Ferihsun BAŞKENTİR
Palmos Çevre Sağlık Hizmetleri
Medikal A.Ş.
Din 16373 144892

Mahmut Demirel
MDEM

Hakan Tany
HAKAN

TANSİYON ALETİ TEKNİK SARTNAMESİ

- Manometre 56 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır.
- Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır.
- Manometre çalışmasını sağlamak için 2 kanallı (bir giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe vermeli, ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.)
- Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.
- Manometre istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır.
- Tansiyon aleti sağ ve sol elle kullanıma uygun olmalıdır.
- Tansiyon aletinin steteskopu bulunmalı ve manşete sabitlenmiş olmalıdır.
- Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve orijinal olduğunu gösterir baskılı marka ve menşei bulunmalıdır.
- Manşet dış bez ölçüleri 14X47 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (27-35 cm) belirtilmiş olmalı ve manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
- İç lastik (tazyik kesesi) ö hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
- Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
- Manşet iç lastik hortumu tekli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Puar vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası bulunmalıdır.
- Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.
- Alet, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal markası belirtilmiş çantasında olmalıdır.
- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.
- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Genel Dr. Ferhat BALÇITİR
Patoloji Servisi Halkın Sağlığı
Doküman No: 144892

Mahmut Ömer
M.Ö.

Habire Tay
H.T.