

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU 8 (SEKİZ) KALEM TIBBİ SARF VE MALZEME ALIM İŞİ

31.05.2016

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Seyit Ali Volkan POLATKAN
Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	ANTI - A ANTİJENİ	50	ŞİŞE		
2	ANTI- B ANTİJENİ	60	ŞİŞE		
3	ANTI - D ANTİJENİ	50	ŞİŞE		
4	PASTEUR PİPET	10.000	ADET		
5	STERİL CAM TÜP	40.000	ADET		
6	ANTI-HUMAN GLOBULİN	10	ŞİŞE		
7	FİBEROPTİK LARİNGOSKOP SETİ	1	ADET		
8	İLK YARDIM ÇANTASI	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **03.06.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Hazırlayan Klinik / Birim: Kan Transfüzyon Merkezi

KONU: Bu teknik şartname, Ağrı Patnos Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi sarf ve demirbaş malzemelerin teknik özellikleri ile ilgili hususları kapsar. Doğrudan temin amaçlı hazırlanmıştır.

Cinsi	Miktarı
Anti-A antijeni	50 şişe
Anti-B antijeni	60 şişe
Anti-D antijeni	50 şişe
Pasteur pipet	10000 Adet
Steril Cam Tüp	40000 Adet
Anti-Human Globulin	10 Şişe
Fiberoptik Laringoskop Seti	1 Adet
İlkyardım Çantası	1 Adet

KAN GRUBU SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 10'ar ml. hacimlerinde olmak üzere Anti A, Anti B, Anti D, antikorlarından oluşmalı, her bir şişenin toplamı 100 test olarak kabul edilecektir.
- Damlalık yöntemi ile çalışabilmelidir.
- Testlerin miatlarının sona ermesinden en az 3 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla, firma bu testleri yeni miatlarıyla değiştirmeyi kabul ettiğini bildirmelidir.
- Kan grubu testlerinin antijenleri güvenilirliği yüksek olmalıdır.
- Şişelerin üzerinde marka menşei ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
- Saklama koşulları 2-8 °C de olmalıdır.
- Miatları en az 24 ay olmalıdır.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
- İstenen malzemenin hepsi tek bir defada teslim edilmelidir.
- Kırık bozuk veya arızalı ürünler yenisiyle değiştirilecektir.

Uzm. Dr. Yusuf SAĞLAM
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No.04-311-154 Tesc.No (21050)
Patnos Devlet Hastanesi

NON-STERİL TEK KULLANIMLIK DENEY TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cam malzemedен üretilmiş olmalıdır.
2. Tüp içinde herhangi bir kimyasal madde bulunmamalıdır.
3. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. 5 ml hacminde ve 12mm genişlik ve 75mm boyunda olmalıdır(12x75mm).
5. İstenen malzemenin hepsi tek bir defada teslim edilmelidir.
6. Kırık bozuk veya arızalı ürünler yenisiyle değiştirilecektir.

PASTEUR PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik ve tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
2. 3 ml sıvı alma kapasitesinde olmalıdır.
3. 500 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
4. İstenen malzemenin hepsi tek bir defada teslim edilmelidir.
5. Kırık bozuk veya arızalı ürünler yenisiyle değiştirilecektir.

ANTI- HUMAN GLOBULİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitler 10 ml'lik ve Polyspecific(Green)Yeşil renkte cam şişelerde olmalı.
2. Tüp yöntemi ile çalışabilmeli.
3. En az 2 yıllık miada sahip olmalı.
4. Her iki coombs test çalışılabilmelidir.
5. Şişelerin üzerinde marka menşei ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
6. Saklama koşulları 2-8⁰ C de olmalıdır.
7. Kit uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalı ve firma bunu belgelendirmelidir.
8. Testlerin miatlarının sona ermesinden en az 3 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla, firma bu testleri yeni miatlarıyla değiştirmeyi kabul ettiğini bildirmelidir.
9. İstenen malzemenin hepsi tek bir defada teslim edilmelidir.

Uzm. Dr. Yusuf SAĞLAM
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No.04-211144 Test.No.121050
Petros Devlet Hastanesi

FİBEROPTİK LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, solunumu tamamen gitmiş ve entübasyon ihtiyacı doğan hastalar için uygun olmalıdır. Flexi tip 70 ucu derece kıvrılabilen Macintosh laringoskop olmalıdır.
2. Üst dişlere temas, dilde ve yumuşak dokularda istenmeyen gereksiz basıncı önlemelidir.
3. Laringoskop 1 handle ve 5 adet blade'den oluşmalıdır. Bu blade ler 0-1-2-3-4 numara Macintosh(eğri) olmalıdır. Zor entübasyon için kıvrılabilir uç bulunması gerekir.
4. Blade ve handle lar aynı marka olmalıdır.
5. Blade çengel tipi takmalı ve handledaki özel yuvaya oturan tekli bilyalı sistemli olmalıdır.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir. Laringoskop'un handle ve blade'i Macintosh ve paslanmaz çelik olmalı. Dezenfektan solüsyonlara dayanıklı olmalı ve en az 134 (yüzotuzdört)C dereceye kadar otoklavlanabilmelidir. Bu hususlar orijinal kullanım kılavuzunda gösterilmelidir.
7. Blade, tek parçalı olmalıdır. Lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle bütünlük sağlanmalıdır. Bütün yeşil standart fiber optik handlelara takılabilir olmalıdır.
8. Blade üzerinde imalatçı firmanın ismi ve blade numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
9. Bladeler, ISO 7376 standardıyla uyumlu olmalı ve bu husus katalogda gösterilmelidir.
10. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Konvansiyonel ve halojen ampül olmamalıdır. Ampul blade üzerinde olmalıdır.
11. Set ile birlikte aynı marka 1 adet orijinal ampul verilmelidir. Ampul ile laringoskop aynı marka olmalı, yan sanayi ürünler kabul edilmeyecektir.
12. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır.
13. Fiber optik ışık yolu, blade başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve blade' e paslanmaz bir vida ile monte edilmiş olmalıdır. Bu fiber ışık yolu, bağlantı vidası çözülmeden, hiçbir şekilde yerinden çıkmayacak şekilde monteli olmalıdır. Fiber optik ışık yolu gerektiğinde yerinden çıkartılarak temizlenebilmeli veya değiştirilebilmelidir.
14. Bladehandle'a oturduğunda, blade üzerindeki aydınlatma ampülü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir.
15. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır. Ayrıca 2 adet yedek alkalin pil verilmelidir.
16. Çanta: bladelere ve handle' lara uyumlu yumuşak koruyucu çanta verilmelidir.
17. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
18. Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

Uzm. Dr. Yusuf SAGLAM
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No.04-314-4-1-121050
Patnos Devlet Hastanesi

