

- 9- Cerrahi müdahale yerine antibiyotiklerin temasını sağlamalıdır.
- 10- Hidrate olduğunda uzunluğu 3,5cm, kalınlığı 1,2cm ve yüksekliği 1,2cm olmalıdır.
- 11- Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 12- Kutularda 10 paket ve her pakette 2 adet ürün bulunmalıdır.

MEROCEL STANDART TAMPON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kalınlık:1.5 cm Uzunluk 8 cm ipsiz :300 adet

Kalınlık:1.5 cm Uzunluk 4.5 cm ipsiz :40 adet

- 1- Ürünler PVA'dan (poli vinil asetal) imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik firma tarafından belgelendirilecektir.
- 2- Yapısında lif bulunmamalıdır.
- 3- Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir.
- 4- Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün, yayılım özelliği gösterebilmelidir.
- 5- Biocompatible (vücut ile uyumlu) ve atravmatik olmalıdır.
- 6- Ürün %100 sentetik materyalden imal edilmiş olup, bakteri tutumunu azaltacak özellikte olmalıdır.
- 7- Septoplasy, rhinoplasty, turbinectomy ve diğer intranasal kullanımlar için uygun yapıda olmalıdır.
- 8- Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 9- Steril tek tek paketlenmiş 20 adetlik kutularda bulunmalıdır.
- 10- Ürün gün ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içinde üzerinde ürün bilgilerinin basılı olduğu orijinal tyvek kağıt ambalajında olmalıdır.
- 11- Ürünün paketinin üzerinde ürünün katalog numarası, adı, uzunluk ölçüsü, üretici firma adı ve bilgileri, CE işareti, tek kullanımlık olduğu, neyle steril edildiği, son kullanma tarihi ve LOT numarası yazılı olmalıdır.

01.05.2016

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne

Hastanemizde açılması planlanan 2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğinde kullanılmak üzere muayene koltuğu teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Temin edilmesini rica ederiz.

Op.Dr. Mehmet Turgay Türkmen

ÇOK ACİL

Op.Dr. Mücahit Murat Kıcılı

KBB MUAYENE KOLTUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Muayene koltuğunun, sırt ve ayak kısımlarında yer alan her iki tarafında mevcut olan dokunmatik kontrollerle, bütün hareketler kontrol edilmelidir.
- 2- Muayene koltuğu, ufak müdahaleler için 180 derece yatar pozisyona otomatik olarak getirilebilmelidir.
- 3- Muayene koltuğunun başlık kısmı aşağı yukarı hareket ettirilebilmelidir.
- 4- Muayene koltuğu, fleksibl poliüretan deri ile kaplı olmalıdır. Derisi yıkanabilir ve silinebilir olmalıdır, kesinlikle lateks olmamalıdır. Diğer kısımlar korozyona karşı dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve boyası çizilmelere karşı dayanıklı, fırın boya olmalıdır.
- 5- Muayene koltuğu tek bir tuş ile trendelenburg pozisyonuna otomatik olarak getirilebilmelidir.
- 6- Muayene koltuğu poliüretan deri ile kaplı olmalıdır. Derisi yıkanabilir ve silinebilir olmalıdır, kesinlikle lateks olmamalıdır. Diğer kısımlar korozyona karşı dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve boyası çizilmelere karşı dayanıklı, fırın boya olmalıdır.
- 7- Muayene koltuğun maksimum ağırlığı 110 kg. dan fazla olmamalıdır.
- 8- Muayene koltuğun motoru 180 kg. a kadar kaldırma gücü olmalıdır.
- 9- Muayene koltuğunun dönüş açısı 270 derece olmalıdır.
- 10- Muayene koltuğu tek komut ile başlangıç pozisyonuna getirilmelidir.
- 11- Muayene koltuğunun iki yanındaki kollar aşağıya doğru tamamen kapatılabilir, kilitleme mekanizması ile çalışmalıdır.
- 12- Muayene koltuğunda acil durumlar için tek hareketle durdurma düğmesi olmalıdır ve kontrol dışı müdahalelere karşı kilit butonu olmalıdır.
- 13- Çocuk hastaların rahat muayenesi için ayak koyma yeri kendi üzerinde katlanıp kapatılabilir.
- 14- Ayak koyma yeri ve bacakların koltuğa değen kısımları dar olmalı, hekimin rahat işlem yapabilmesi sağlanmalıdır.
- 15- Muayene koltuğu, en çok 53-91cm arasında yukarı-aşağı yükselip alçalabilir.
- 16- Ölçüleri maksimum yükseklik 1200mm, derinlik 1200mm, genişlik 620mm olmalıdır.
- 17- Koltuk ile aynı renkte, tekerlekli, hidrolik ve ayak basamaklı rahat hareket edebilen yapıda bir doktor taburesi birlikte verilmelidir.
- 18- 18-Özellikler yapılacak demo ile tüm kliniğe gösterilmelidir.

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne

Hastanemiz KBB ameliyathanesinde kullanılmak üzere soğuk ışık aydınlatmalı kafa lambası gerekmektedir. Aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan ve ameliyathanede bulunmayan soğuk ışık aydınlatmalı kafa lambasının teminini rica ederim.

SOĞUK IŞIK AYDINLATMALI Kafa LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Işık alanı kenar boyutu en az 2cm olmalı ve alan boyutu 8 cm'e kadar ayarlanabilmelidir.
2. Işık alanı çevresinde renk marjini bulunmamalıdır.
3. Çalışma mesafesi ortalama 30-35 cm arasında iken maksimum derecede istenen bölgeye ışık yoğunluğunu düşürebilmelidir.
4. 200-250 cm arasında ayrılmaz fiber optik kablosu olmalıdır. Işık kablosu, kullanım sırasında hasarlanmaması için, sabitlenmiş 90 derecelik son kısmı ile soğuk ışık kaynağına bağlanabilmelidir.
5. Fiber optik ışık kablosu kliniğimizde bulunan Karl Storz marka soğuk ışık kaynağı ile uyumlu olmalıdır.
6. En az 2 saat sürekli çalışma ile kullanan kişiyi rahatsız etmemesi gerekir. Maksimum ağırlığı 300 gr olmalıdır.
7. Kullanımı kolay olmalı, arka ve üst kafa bantları ile kullanan kişinin kafa boyutuna göre rahatlıkla ayarlanabilmelidir.
8. Soğuk ışık aydınlatmalı kafa lambasının tüm parçalarının en az 2 yıl garanti süresi olmalı ve ücreti karşılığında en az 10 yıl teknik servis bakım onarımı yapılmalıdır.
9. Olası arızada teknik servis bakım onarım süresi 10 iş gününü geçmeyecek şekilde kullanıma hazırlanmalı, bu süre boyunca benzeri ürün hastane kullanımına geçici olarak verilmelidir.
10. Ürünün kullanım koşulları, dezenfeksiyonu ve saklanma şartları en az 1 doktor, hemşire ve personele detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

Op.Dr.Mücahit Murat Kıcılı

|| Gök Acil ||

01.06.2016

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniği, servisi ve acil servisinde hava yolu obstrüksiyonu ve/veya epistaksisi olan hastalara müdahalede kullanılmak üzere içerisine ilgili tıbbi ilaç ve malzemelerin konulacağı çanta gerekmektedir. Özellikleri aşağıda belirtilmiş çantanın teminini rica ederim.

ÖZELLİKLER

1. Ağırlığı 0.5-1 kg arasında olan, cam elyaf takviyeli plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Yüksekliği 20-25 cm, genişliği 45-55 cm, derinliği 20-30 cm arasında olmalıdır.
3. İç hacmi dışında 4 adet çekmeceleri olmalıdır.
4. Kapak kısmında ekstra tıbbi malzemelerin konabileceği küçük haznelere olmalıdır.
5. Demir ya da plastikten oluşan kilide sahip olmalıdır.

Örnek Ürün: Asrın çekmeceli takım çantası

Acil *

Op. Dr. Mücahit Murat Kıcalı