

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi

NST KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Philips marka Avolan EM20 model cihaza uyumlu olacaktır.
- 2- 150x100x150 sheets ebatlarında olacaktır.
- 3- 1 Adet numune Ambar biriminden alınacak ve ona göre basım yapılacaktır.
- 4- Malzemenin teslimi ihale sonuçlandıktan en az 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- 5- Yırtık olan paketi açılmış olan NST kâğıtları geri teslim edilerek yerine sağlam NST kâğıtları ile değiştirilecektir.

Ayşe ÇIRPAN

Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

