

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN UZATMA LİNE alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/09/2017 tarih ve saat 14:00 a'kadar 0472 312 60 30 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YÜKSEK BASINÇLI UZATMA LİNE	ADET	200		
2	ENTÜBASYON TÜPÜ NO:3,5 KAFSIZ	ADET	250		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag.

**UZATMA HATTI (PRESSURE LINE)
800 PSI BASINCA DAYANIKLI 120 CM M/F
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hortum sert Medical Grade Polivinilklorür (PVC)'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Pressure line'lar 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
3. Pressure line'nın İç çapı 1.5 mm, dış çapı 3.0 mm olmalıdır.
4. Pressure line'lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.
5. Pressure line'lar nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.
6. Pressure line'lar 120 cm uzunluğunda ve bir ucu male (M) diğer ucu female (F) luerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
7. Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar en az 2 (iki) adet numune vermelidir.

Radyoloji
Canan Çandöz
C. Çandöz

Doc
M. Ç. Çandöz
K. Çandöz

ventüly

ENTÜBASYON TÜPÜ NO:3,5 KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.
- 2.Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.
- 3.Tüp konektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıklığında çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.
- 4.Tüpler tek kullanımlık ,steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 5.Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
- 6.Tüp polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
- 7.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
- 8.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9.Vücut içine giren kısmın seviyesini(uzunluğunu) gösterir 2 cm işaret olmalıdır.
- 10.Tüpün arkasında konektör olmalıdır.
- 11.Travma oluşturmayan yuvarlatılmış uca sahip olmalıdır.
- 12.Tüpün ucunda Murphy ucu olmalıdır.
- 13.Balonsuz olmalıdır
- 14.Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır
- 15.Depo teslimi sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
- 16.ihalede istenilen numaralarda iç çapları olmalıdır.
- 17.Numune getirilmesi zorunludur.Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifi veren firmanın ürünü muayene komisyonu tarafından uygun bulunmadığı takdirde şartnamenin herhangi bir maddesine dayandırılmadan ihale dışı bırakılabilir.

Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği
Doc Dr. Mustafa Eryılmaz
İbrahim Paşa Hastanesi
Uz.Dr. Y. POLAT
Baş Hekim Yrd.