

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemizin **Labortuvar sarf malzeme** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/09/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

ENGİN İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANTİBİYOTİK DİSKLERİ				
	MEROPENEM 10 UG	ADET	15		
	ERTAPENEM 10 UG	ADET	15		
	NİTROFURANTION 300UG	ADET	15		
	FOSFOMYCİN 200UG	ADET	15		
	BACİTRACİN 0,04UG	ADET	5		
	KOLİSTİN 10UG	ADET	5		
	NORFLOXACİN 10UG	ADET	15		
	TOBRAMİSİN 10UG	ADET	10		
	SEFOTAKSİM 10UG	ADET	10		
	CEFİXİME 5UG	ADET	10		
	LEVOFLOXACİN 5UG	ADET	15		
	AMPİLİSİN/SULBAKTAM 10UG/10UG	ADET	10		
2	BESİYERLİ TRANSPORT SWAP	ADET	1500		
3	BRUCELLA-ROSE BENGAL 10ML	ADET	12		
4	PYR TESTİ	ADET	100		
5	İMMERSİYON YAĞI 100ML	ADET	2		
6	MAY-GRÜNWALD BOYASI 1000ML	ADET	2		
7	GIEMSA BOYASI 500ML	ADET	2		
8	OXİDAZ STRİP TEST	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI

Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30

e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

Konu: Mikrobiyoloji laboratuvarı sarf malzeme ihtiyacı

12.09.2017

Doğubeyazıt Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere ekte belirtilen sarf malzemelerine ihtiyacımız vardır. Mikrobiyoloji laboratuvarı sarf malzeme listesi ve teknik şartnamesi EK'te bilgilerinize sunulmuştur.

Konu ile ilgili gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Uzm. Dr. Yusuf AFŞAR

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu

Eki: 3 (üç) sayfa mikrobiyoloji laboratuvarı sarf malzeme listesi ve teknik şartnamesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ DH
GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ
12/09/2017 09:48 - 6891 7221-000-1846



	SARF MALZEME LİSTESİ	SAYI	BİRİM
1	Antibiyotik Diskleri		
	Meropenem 10 µg	15	Kartuş
	Ertapenem 10 µg	15	Kartuş
	Nitrofurantion 300 µg	15	Kartuş
	Fosfomicin 200 µg	15	Kartuş
	Bacitracin 0,04 µg	5	Kartuş
	Kolistin 10 µg	5	Kartuş
	Norfloxacin 10 µg	15	Kartuş
	Tobramisin 10 µg	10	Kartuş
	Sefotaksim 30µg	10	Kartuş
	Cefixime 5 µg	10	Kartuş
	Levofloxacin 5µg	15	Kartuş
	Ampisilin/Sulbaktam 10/10µg	10	Kartuş
2	Besiyerli Transport Swap	1500	Adet
3	Brucella- Rose Bengal 10 ml	12	Adet
4	PYR Testi	100	Test
5	İmmersiyon Yağı 100 ml	2	Adet
6	May-Grünwald boyası 1000 ml	2	Adet
7	Giemsa Boyası 500 ml	2	Adet
8	Oxidaz strip test	50	Test

1. ANTİBİYOTİK DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antibiyotik diskleri 50 disk içeren kartuşlar halinde olmalıdır.
2. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.
3. Her kartuş orijinal ambalaj içerisinde steril olmalı ve ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici madde bulunmalıdır.
4. İçerikleri CLSI önerilerinde rutin panellerde yer alan antibiyotiklere uygun olmalı ve disklerin oluşturduğu zonlar CLSI kriterlerini karşılamalıdır.
5. Teklif edilen tüm diskler aynı marka olmalıdır.
6. Diskler -20 C'de saklanmaya uygun olmalıdır.
7. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

2. BESİYERLİ TRANSPORT SWAB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eküvyonlu transport besiyeri swap amies / stuart besiyeri içermelidir.
2. Kapaklı ve korunaklı 12 mm x 150 mm boyutlarında plastik tüp içerisinde, kırılmaya karşı son derece dayanıklı, steril ve ucu pamuk sarılı çubuklar tek tek poşette olmalıdır.
3. Tüp üzerinde satıcı firmanın adı, adresi, malzemenin orijinal adı, seri no, üretim ve son kullanma tarihi ve hasta ile ilgili doldurulacak boş etiket bölümü yer almalıdır.
4. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

3. ROSE BENGAL ANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Brucella abortus, Brucella melitensis ve Brucella suis 'e karşı aynı anda etkili olacaktır.
2. 10 ml.'lik ambalajlarda olacaktır.
3. Toplam antijen yanında Brucella Pozitif ve Negatif kontrol Serumunu verilecektir.
4. Her Pakette test miktarınca pleyt ve karıştırma çubuğu olacaktır.
5. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

4. PYR TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerinde üremiş bakterideki alfa pyrolidonoyl beta naftilamaz aktivitesini belirlemeyi sağlayabilmelidir.
2. Hızlı kolorimetrik test olmalıdır.
3. Her birinde 6 test reaksiyon alanı olan 10 adet kart içermelidir.
4. Test kartlarına 7-AMC (amino metil coumarin) emdirilmiş olmalıdır.
5. Kit 60 test PYRaz aktivitesine bakabilmelidir.
6. Test kartları alüminyum poşetler içinde olmalıdır.
7. Kitin içinde açılmış poşetlerin nem almasını engellemek için kapatma klipsleri bulunmalıdır.
8. PYR ile pozitif ve negatif streptokokların ayrımı yapılabilmelidir.
9. Test için gerekli sarf malzeme ve solüsyonlar kit içinde bulunmalıdır.
10. Test alanında kullanılan substrat potent karsinogen olmamalıdır
11. Sonuçlar en fazla 10 dk içinde alınmalıdır.
12. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

5. İMMERSİYON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskopi amacıyla kullanılacaktır.
2. 100 ml şişelerde olmalı.
3. Berrak ve parlak olmalı, kullanımda çökelek oluşturmamalı, sıvı halde ve kullanıma hazır olmalıdır.
4. Orijinal ambalajı içinde olmalı her solüsyon şişesi üzerinde etiket bulunmalı üzerinde solüsyon adı, tehlike sembolleri bulunmalı, lot numarası kullanım süresi saklama koşulları yazmalı ve ayrıca kutu üzerinde veya içinde de aynı özellikler yazmalıdır.

6. MAY-GRÜNWARD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
2. Sıvı formda olmalıdır. Kendinden sonra kullanılan giemza azur boyası ile birlikte kullanılabilir.
3. Oda ısısında saklanabilmelidir.
4. Ürün 1000 ml'lik şişelerde olmalıdır.
5. Kapağından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır.
6. Üzerinde orjinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.

7. GİEMSA BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
2. Boya homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir.
3. Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
4. 500 ml' lik şişede olmalıdır.

8. OKSİDAZ STİCK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakterilerin sitokrom oksidase enziminin varlığını saptamaya yönelik olmalıdır
2. Oksidaz pozitifliği renk değişimi ile değerlendirilebilmelidir.
3. Stikler şeklinde tasarlanmış olmalı, elle tutulabilecek kısım bir işaretle belirlenmiş ve diğer uçta dimetil-p-phenilendiamin emdirilmiş olmalıdır.
4. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5. Buzdolabında saklanmalı ve son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Teslim sırasında kit, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr.Yusuf AFSAR
Dip. Tesc. No: 122084