

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANEMİZ PÖZ POLİKLİNİĞİ İÇİN**
GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN ALIM işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/10/2017 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.


ENGİN ÜZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI VE UBB	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	FAKO BÖLÜCÜ 1,25MM (8681153313715)	ADET	1		
2	FAKO BÖLÜCÜ 1,50 MM (8681153313739)	ADET	2		
3	LENS ÇEVİRİCİ (8681153313852)	ADET	3		
4	İRİS STATÜLÜ (8681153315597)	ADET	1		
5	AÇI ÖLÇER (8681153317188)	ADET	1		
6	EĞRİ BAĞLAMA PENSETİ (8681153335625)	ADET	1		
7	KAPSULOREKSİS PENSETİ (8681153335847)	ADET	1		
8	DIŞLI SUTUR PENSETİ (8681153335922)	ADET	1		
9	SÜTÜR PENSETİ (8681153320195)	ADET	1		
10	KİLİTSİZ İĞNE TUTUCU (8681153328689)	ADET	1		
11	KAPSULOTOMİ MAKASI (8681153330446)	ADET	1		
12	LENS MAKASI (8681153336165)	ADET	1		
13	ÖN KAMERA KANÜLÜ (8681153334123)	ADET	1		
14	İRİGASYON ELCİĞİ (8681153334444)	ADET	1		
15	ASPIRASYON ELCİĞİ (8681153334475)	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satılma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

GÖZ CERRAHİ ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeler paslanmaz inox çelikten üretilmiş olmalı ve polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır,
2. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olup silinmesi mümkün olmamalıdır.
3. Ürünler kuru hava, gazlı hava ve buharlı sterilizasyona uygun olmalıdır
4. Cerrahi aletler üretim ve imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
5. ROCKWELL Standardına göre DIN değerleri 1,4201-UNIX 20 Cr13, sertlik derecesi 48-52 arasında olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerin kimyasal yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliğini bozan Karbon, Mangan , Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1 (yüzdebir) den fazla bulunmamalıdır.Krom oranının çeliklerde yüksek oranda olması paslanmaya karşı dayanıklılık oranını arttırdığı için tercih nedenidir. Bu özellik noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
7. Cerrahi aletlerin çelik alaşımında mukavemeti arttırmak için en %3 oranında silisyum elementi olmalı ve firma bunu üretici firma tarafından onaylı belge şeklinde noter tasdikli belgelemelidir.
8. İthalatçı firma ISO13485 Belgesine sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede istenilen ölçüleri katalogda da belirtilmiş olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünlere uygunluk beyanı verilmelidir.
11. Teklif edilecek cerrahi aletler bunların muadili veya benzeri değil eşdeğeri olacaktır.
12. Teklif edilen tüm ürünler sterilizasyon esnasındaki ani ısı değişikliği nedeni ile ve elektron karışımının birbirini etkileyip pas yapmaması için aynı marka olması gerekmektedir.
13. Cerrahi alet setinin tamamına teklif verilmelidir.
14. Setteki Ürünlerin Kodları Asico Katalogundan Referans alınmıştır.
15. Cerrahi aletlerin tanımı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

Lieberman Eye Speculum

Toplam Uzunluğu 70 mm olmalıdır. Bıçak uzunluğu 19 mm olmalıdır.

Lieberman tip olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır. Ürünün UBB barkodu olmalıdır.

Göz Makas

Toplam uzunluğu en fazla 100 mm olmalıdır.Uç kısmı en az 28 mm olmalıdır.Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır.Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Westcott tenotomy Scissors

Toplam uzunluğu 112 mm olmalıdır. Bıçak uzunluğu 22 mm olmalıdır. Uç kısmı künt olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Castroviejo Suture Forceps

Toplam uzunluğu 90 mm olmalıdır. Bıçak uzunluğu 0.12 mm olmalıdır. Düz ve 1x2 Dişli olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Doç.Dr.Yaşar Erdemiraz
Değubayazıt Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ahmet Alperen KÖÇ
Dip.Tes.No 163961
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzmanı

Colibri Forceps

Toplam uzunluk 98 mm olmalıdır. Uç uzunluğu 0.12 mm olmalıdır. Eğimli ve 1x2 Dişli olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Kraff Ultrata Capsulorhexis Forceps

Toplam uzunluğu en fazla 105mm olmalıdır. Uç kısmında Lazerli Ölçü Çizgileri Bulunmalıdır. Uç kısmı eğimli, keskin, cystotome ve 11 mm olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Barraquer Needle Holder

Toplam uzunluğu 110 mm olmalıdır. Kavisli ve kilitsiz olmalıdır. Bıçak uzunluğu 8 mm olmalıdır. 8/0 ve 11/0 Sütür arası için uygun olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Sinskey II IOL Manipulating Hook

Toplam Uzunluğu 115 mm. olmalıdır. Lens çevirme işlevini yerine getirmelidir. Uç kısmı 0.20 mm olmalıdır. Blunt tip olmalıdır. Uç kısmı 90 derecelik açıya sahip olmalıdır. Ürünler CE belgesine Sahip olmalıdır. Ürün UBB barkodu olmalıdır.

Kuglen İris Hook

Toplam uzunluk en fazla 120 mm olmalıdır. Uç genişliği 0.80 mm olmalıdır. Push-pull model olmalıdır. Uç açısı 10 mm olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Iris Spatula

Toplam uzunluğu en fazla 120 mm. olmalıdır. Düz tip uzunluğu 12mm olmalıdır. Ürün CE belgesi olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

Vannas Scissors

Toplam uzunluğu 83 mm olmalıdır. Eğri ve sivri olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Lens Holding Forceps

Toplam uzunluğu 120mm olmalıdır. Toplam tip uzunluğu 8 mm olmalıdır. Faulkner model olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

Caliper

Toplam uzunluğu 85 mm olmalıdır. 1 mm 20 mm 'e kadar olmalıdır. Düz olmalıdır. Ürünün CE belgesi olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

Tying Forceps

Toplam uzunluğu en fazla 102 mm olmalıdır. Ağız kısmı en fazla 6.0 mm olmalıdır. Uç genişliği 0.50 fazla olmamalıdır. 7-0 ve 10-0 Sütürler için kullanıma uygun olmalıdır. Düz tip olmalıdır. Ürün CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ahmet Alperen KOÇ
Diyadin No: 163961
Kontaktları Uzmanı