

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 455  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

29/09/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	PERİYODİK ACİD SHİFF (PAS) BOYASI	KUTU	30		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-İhale olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 11-Yetki belgesi olacak

## PERIODIC ACID SCHIFF PAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Solüsyon boyama işlemine hazır halde olmalı ve A-B-C-D-E solüsyonlarından oluşmalıdır.

A- Periodic acid solution	30 ml
B- Schiff reagent Hotchkiss McManus	30 ml
C- Potassium methabisulphite solution	30 ml
D- Fixative solution	30 ml
E- Mayer's Hemalum	30 ml

1. Normal veya patolojik dokuların yapısındaki glycolic veya aminohydroxylic grupların tanınması için yapılmalıdır.
2. Hazır 100 testlik ambalajlar içinde olmalıdır.
3. Boyama işlemi 50 dakikayı geçmemelidir.
4. Saklama ısısı 4 C derece olmalıdır.
5. Ürün kolay kullanılabilir ambalajlar içinde yer almalıdır.
6. Boyama işleminin sonucunda Pozitif PAS majenta kırmızı, Nuclei mavi renkte net bir şekilde görülmelidir.
7. Ürün kullanım süresi 1 yıl olmalıdır.
8. Solüsyon kullanıma hazır ve kullanım metodu sırası A-B-C-D-G-E şeklinde kodlanmış olmalıdır.
9. Firma uluslar arası ISO 9001 kalite belgesine ve ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Türkiye'de satışa yetkili olduğunu gösteren noter onaylı yetki belgesine sahip olmalıdır.

**Uzm. Dr. M. Yasin SAĞLAM**  
**Patoloji Uzmanı**  
**Dip Tesc. No: 123903**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**