

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANEMİZ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ İÇİN TENS ELEKTRODU** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının04/10/2017 tarih ve saat 09:30'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.


Engin İzler
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TENS ELEKTRODU	PAKET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kuşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UDBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fırlı olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları uzamı 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması


Ağrı Yolu üzeri 5 km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag.

TENS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(300 adet)

1. Elektrod üzerinde elektrod kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun kablo girişi olmalıdır.
2. Elektrod içerisinde uzun süre kullanılm için ve iyi iletkenlik için karbon filmi olmalıdır.
3. Elektrod üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır.
4. Elektrod en az 15-20 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
5. Elektrod en az 5x5 Kare olmalıdır.
6. Elektrod kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Bir pakette 4 adet elektrod bulunmalıdır.
8. Malzeme sterili ambalajında teslim edilmeli. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanma tarihi, lot numarası, CE işareti TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ULusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Ortamler Sağlık Uygulama T ebliginde yer alan barkod ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır.

İyiler
Sizden ricadırız
Anayotepirt.


Mahir Aşut
Fizyoterapist


Zühal Kehrman
Fizyoterapist