

59

**T.C.**  
**SAGLIK BAKANLIGI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği**  
**Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi**

**TEKLİFE DAVET**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANEMİZ GENEL CERRAH BİRİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMENİN ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/10/2017 tarih ve saat 15:30'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

**ENCİN İZLER**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DISPOSABLE ENDOSkopİK HELICAL MESH SABİTLEYİCİ STAPLER 5MM	ADET	4		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):**

**NOTLAR:**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantiyi olmasi

**DISPOSABLE ENDOSKOPIK HELICAL MESH SABİTLEYİCİ STAPLER 5 MM**

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Endoskopik mesh sabitleyici stapler 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin şaft uzunluğu  $36 \pm 1$  cm olmalıdır.
5. Endoskopik mesh sabitleyici stapler içinde helical şeklinde en az 30 adet titanium zimba olmalıdır.
6. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin içindeki helical zimbanın genişliği  $4.0 \pm 0.1$  mm, yüksekliği  $3.8 \pm 0.1$  mm olmalıdır.
7. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin şaft kısmı endoskopik uygulamalarda parlayarak goruntunun bozulmaması için koyu renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
8. Endoskopik mesh sabitleyici stapler şaftının uç kısmı aynı zamanda çıkarılmak istenen zimbalar için sökücü olarak kullanıma uygun olmalıdır.
9. Endoskopik mesh sabitleyici staplerdeki zimbanın helical kapanışı etrafındaki diğer dokulara zarar vermemesi ve zimbanın dokudan kendiliğinden ayrılmaması için arkası kıvrılarak kapanmalıdır.
10. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.

Op. Dr. Diren Yıldız



4 Adet

Ayeri atlaçat