

554

**T.C.**  
**SAGLIK BAKANLIGI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği**  
**Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi**

**TEKLİFE DAVET**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı SU ARITMA CİHAZI ALIM işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/10/2017 tarih ve saat 15:30'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

**ENGİN İZLER**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SU ARITMA CİHAZI	ADET	2		

**GENEL TOPLAM (KDV HARİC):**

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**NOTLAR:**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

SU ARITMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(2 adet)

1. Nakliye ve montaj firmaya ait olacaktır.
2. 5 filtrelidir olacaktır.
3. 120 PSI motor ve adaptör olacaktır.
4. Y.B switch+A.B switch+ stof walf olmalıdır.
5. Ankastre serisi musluk olmalıdır.
6. 40 lt ve 80 lt tankı olacaktır.
7. Günlük 750 lt su arıtma kapasitesi olacaktır.
8. 300 gpd membran filtrelidir olacaktır.

Aritma Cihazının  
1 tanesi çay ocağına  
kurulacaktır.

Nurcan KANDEMİR  
Sorumlu Hemşire  
