

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 471  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

10/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DERİN DONDURUCU	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

**AĞRI DEVLET HASTANESİ KAN VE TRANSFÜZYON MERKEZİ DERİN DONDURUCU  
ŞARTNAMESİ**

1. Dondurucu hacmi en az 180 litre olmalıdır.
2. Cihaz derin dondurucu özellikte olmalıdır.
3. A sınıfı veya daha az enerji tüketen sınıfta olmalıdır.
4. Cihaz dikey olmalıdır.
5. Cihaz No-frost soğutma sistemine sahip olmalıdır.
6. Cihazın montajı firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.
7. Cihaz fabrikasyon 2( iki ) yıl garantili olmalıdır.

Bu şartname 1 sayfadan oluşmaktadır.

**Uz. Dr. İsmail BULUT**  
Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. No: 140339  
Ağrı Devlet Hastanesi