

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 472  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

10/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	MORTARA MARKA EFORLU EKG CİHAZI İÇİN EKG KABLOSU (MODEL:WAM SERİ NO:116500543777)	ADET	2		
2	TEPA MARKA EFOR CİHAZI İÇİN EKG KABLOSU	ADET	2		
			TOPLAM		

NOT: Parçalar orijinal olacaktır.

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## EFORLU EKG KABLOSU VE BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG kablosu 10 leadli olmalı ve cihaza tam uyum sağlamalıdır.
- 2- EKG kablosu leadleri deęişebilir olmalı
- 3- Her lead tek başına deęiştirilebilmelidir.
- 4- Her lead üzerinde renk kablo üzerinde plastik baskılı olmalı ve silinmemelidir.
- 5- Her lead üzerinde renk kodunu belirten yüzük olmalıdır.
- 6- EKG kablosu Hasta bağlantısına topraklama yapabilmelidir.
- 7- EKG kablosunun oluşabilecek parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
- 8- Kablolar CE belgesine sahip olmalıdır.
- 9- EKG Kablosu Üreten firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.
- 10- Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
- 11- EKG Kablosunun gövde kısmında Hem IEC hem AHA standartlarına göre lead numaralandırması yapılmış olmalıdır.
- 12- EKG Kablosunun hasta bağlantı leadleri kısaç uçlu olacaktır.

Ağrı Devlet Hastanesi  
D. Ç. Çukurekin KÜŞ  
S. Yelbir Özman  
Diy. Tel: 0 437 073

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ**  
**AĞRI DEVLET HASTANESİ**

**EFOR CİHAZI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1.KONU**

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ AĞRI DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ BİRİMİNDE BULUNAN **TEPA** MARKA EFOR CİHAZINDA KULLANILACAK OLAN EFOR CİHAZI EKG KABLOSU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

**2.TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1.**Kardiyoloji polikliniğinde bulunan **TEPA** marka efor cihazında kullanılmaya uygun , orijinal olacaktır.Yüklenici firma orijinal olduğuna dair belgeyi biyomedikal sorumlusuna teslim edecektir.

**2.2.**Kablo 10(on) uçlu ve renk kodlu olacaktır.

**2.3.**Kablo hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.

**2.4.**Kablonun elektroda bağlanan uçları klemp olacaktır.

**2.5.**Kablonun cihaza bağlanan konektörü D tipi , erkek olacak ve 15(Onbeş) pinden oluşacaktır.

**2.6.**Yüklenici firma **TEPA** marka cihazlarla ilgili servis , bakım veya yedek parça satmak için yetkisi olduğunu belgeleyecektir.

**3.GARANTİ , KABUL VE MUAYENE**

**3.1.** Kablo 1 yıl süre ile garantili olacak bu sürede arızalanan parça ücretsiz olarak değiştirilecektir.Kablo imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

**3.2.**Satın alma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır.İstenilen numuneyi zamanında teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**3.3.**Teslimat sonunda , kablo cihaza takıldıktan sonra cihazın çalıştığı tespit edilip parçanın kabulü yapılacaktır.

  
Uğur Bozkurt