

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 475  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DİYALİZ İÇİN GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ	ADET	2000		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## A- DİYALİZ GİRİŞ SETİ ÖZELLİKLERİ

### Diyaliz Giriş Seti İçeriği;

1. 4 (dört) adet Non Woven Dokumasız kumaştan 7\*7 cm. (+-1cm) SPANÇ
2. 2 (iki) adet Nitril eldiven (L) Eldiven1. Sınıf kalitede, Parmak uçları Pütürlü olmalıdır.
3. 1 (bir) adet kol altı örtüsü en az 40\*40 cm. Kol altı bezi üst yüzeyi kan ile temasında kanı hemen emecek Non Woven kumaş olmalıdır. Bezin alt yapısı kan sızıntısını engelleyecek şekilde sıvı geçirmez olmalıdır.
4. 8 (sekiz) adet 5,0\*15 cm fix flaster olmalıdır. İnce ve kısa olan flasterler kabul edilmeyecektir. .
5. 1 Adet Batikon Solüsyonlu Ped

## B- DİYALİZ ÇIKIŞ SETİ ÖZELLİKLERİ

### Diyaliz Çıkış Seti İçeriği;

1. 6 (altı) adet Non Woven Dokumasız kumaştan 7\*7 cm. (+-1cm) SPANÇ
2. 2 (iki) adet Nitril eldiven (L) Mavi Eldiven 1. Sınıf kalitede, Parmak uçları Pütürlü olmalıdır.
3. 1 (bir) adet Vinil eldiven (L) Eldiven Şeffaf olmalı Eldiven1. Sınıf kalitede, Parmak uçları Pütürlü olmalıdır.
4. 2 (iki) adet 38\*72 Hemostatik Bası Bandı.

## SET İÇERİKLERİNDE BULUNAN ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### A. HEMOSTATİK BASI BANDI ÖZELLİKLERİ

1. Hemostatik bası bandı girişim yerinde oluşan kanamayı kısa sürede kontrol altına almalıdır.
2. Bandın yapışkan bölümü (taşıyıcı) PE veya PU olmalı, 38\*72 mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Bandın (taşıyıcı) bölümüne sürülmüş olan yapışkan en az 35gr/m2 olmalı ve sürülmüş olan yapışkan antialerjik ve şeffaf medikal yapışkan olmalıdır
4. Bant tek kullanımlık olmalıdır.
5. Bandın iç yüzeyinde tek parçadan oluşan selülozdan imal edilmiş emici bir bölüm bulunmalı. Bu bölüm sızan kanı emerek yeterli oranda hemostatik basınç oluşturmaktadır
6. Bant uygulandığında cilt bölgesinde alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.
7. Çıkartılması kolay ve ağrısız olup, cildi tahriş etmemelidir.
8. Bant kol üzerine yapıştırılırken gerildiğinde kolayca kopmamalıdır.
9. Bant ambalajı üzerinde en az ürünün üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE işareti, lot numarası, sterilizasyon metodu ve tek kullanımlık olduğunu gösteren bilgiler bulunmalıdır.
10. Hemostatik bası bandı işlem sonrası girişim yerinde oluşan kanama ile temas ettiğinden ürüne ait sınıf 1 sterilden CE belgesi bulunmalıdır.
11. Sağlık bakanlığından ve SGK onaylı TITUBB barkod numarası bulunmalıdır.

### DOKUMASIZ SPANÇ (%100 PAMUK) ÖZELLİKLERİ

1. Dokumasız Non Woven spanç 7 cm\*7 cm (+-1cm) (en x boy) boyutlarında, kenarları iplik vermeyecek şekilde uygun katlama tekniği ile katlanmalıdır. .

Uzm. Dr. Umut KASAPOĞLU  
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzm.  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Dip. Tescil. No: 120013

2. Dokumasız spanç işlem öncesinde gerçekleştirilen cilt dezenfeksiyonunun devamını sağlamak, işlem sırasında dezenfekte edilen bölgenin üzerini örtmek ve işlem sonrasında cilt bölgesine baskı yapılması amacıyla kullanılacağından uygun doku sıklığında, dokumasız ve % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Dokumasız Non Woven Spanç işlem öncesi ve işlem sonrası girişim yerinde oluşan kanama ile temas ettiğinden ürüne ait sınıf 1 sterilden CE belgesi bulunmalıdır.
4. Hiçbir boya maddesi içermemelidir.
5. Hidrofil, beyaz, temiz ve dokumasız olmalıdır.
6. Sağlık bakanlığından ve SGK onaylı TITUBB barkod numarası olmalıdır.

#### **BATIKON SOLÜSYONLU PED TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Batikon kompleksi emdirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Pedler Gram-pozitif (Gr+), gram negatif (Gr-) bakterileri (antibiyotiğe dirençli şekilleri kapsayarak), mantarlar, virüsler protozoalar, kist ve sporlara karşı mikrobisid etki gösterebilmelidir
3. Pedler Flebotomi öncesinde yeterli cilt antiseptisi sağlayabilip, kontaminasyonu mümkün olabilecek enfeksiyon etkenlerinin kan bileşenlerine bulaşmasını önleyebilmelidir.
4. Pedler en az 40 gr/m2 dokumasız havlu kumaş % 50 Viskoz, % 50 Polyester malzemeden imal edilmiş olup sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. Pedler uygulandıktan sonra cilt yüzeyinde hav (ince tüy, döküntü vb.) bırakmamalıdır.
6. Paket içerisindeki ped açıldığında 11cmX11cm (+-1) ebadında ve tek kullanımlık olmalıdır. .
7. Pedler iğnenin damara giriş noktası referans alınarak 0,5-2 dakikalık uygulama süresince yeterli cilt antisepsisi sağlayacak miktarda solüsyon içermelidir.
8. Paketin arka yüzünde preb solüsyonlu pedin kullanım şekli, bileşimi, mikrobiyolojik etki, kullanım alanı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, uyarı/önlemler, üretici firma adı gibi bilgiler bulunmalıdır.
9. Pedlerin bulunduğu paket kâğıdı en az 70 gr/m2 kuşe. 7 mikron Alüminyum ve 30 gr/m2 Polietilen malzemeden (PE) yapılmıştır. Paket ölçüleri en fazla 10cmX10cm ebadında olmalıdır.
10. Paket üzerinde en az ürünün üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE işareti, lot numarası ve tek kullanımlık olduğunu gösteren bilgiler olmalıdır.

Uzm. Dr. Umut KASAPOĞLU  
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzm.  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Dip. Tescil No: 120013