

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 478
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. ~~A. Şakir~~ BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	CERRAHİ ASPİRATÖR	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 11-Yetki belgesi olacak

CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ameliyathane, yoğun bakım, acil üniteleri ve aspirasyon gereken tüm cerrahi işlemlerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz 2'si frenli dört tekerlekli stant üzerine monte edilerek mobil olarak kullanılmalıdır.
3. Cihaz istenildiğinde masa üstü çalışmaya uygun hale gelebilmeli ve stanttan bağımsız olarak çalışabilmelidir.
4. Cihaz iki adet 5 lt. kapasiteli plastik kavanoza sahip olmalıdır. Kavanozlar cihaz gövdesi üzerine rahatça takılıp, çıkartılabilmelidir.
5. Cihaza opsiyonel olarak hiçbir ara aparat gerekmeden ayak pedalı eklenebilmelidir.
6. Cihazın ana gövdesi ABS plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Cihazın ana gövdesi üzerinde LED ışıklı dokunmatik tuşlar, vakum ayar musluğu ve vakum metre bulunmalıdır.
8. Dokunmatik LED ışıklı tuşlar aşağıdaki işlevlere komut vermelidir.
 - Cihazı açma-kapama
 - Sağ kavanoz seçme
 - Sol kavanoz seçme
 - Ayak pedalını sürekli çalıştırma
 - Ayak pedalını aç-kapa modunda çalıştırma
9. Cihaz dolu kavanozun boşaltılması esnasında diğer kavanozun kullanılmasına imkân vermemelidir.
10. Cihazın kavanoz kapaklarında, toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen şamandıra sistemi bulunmalıdır.
11. Cihazın standı korozyona karşı korumalı elektrostatik boyalı metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
12. Cihaz; yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır.
13. Cihazın vakum metresi 0 ile 740 mmHg (Deniz seviyesinde) aralığında olmalıdır.
14. Cihazın vakum ayar musluğu hava kaçak sistemi ile çalışmalı ve vakum değerini istenilen seviyede sabitlemelidir.
15. Cihaz yağsız tip (yağ gerektirmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip olmalıdır.
16. Cihazın ortama verdiği gürültü seviyesi maksimum 50 desibel olmalıdır.
17. Vakum pompası en az 60lt./dk. Hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır.
18. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
19. Cihaz ile birlikte aşağıdaki standart aksesuarlar verilmelidir.
 - 2 metrelik aspirasyon hortumu 2 Adet
 - Kavanoz (5 Lt.) 2 Adet
 - Güç kablosu 1 Adet
 - Bakteri filtresi 2 Adet
15. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca cihazın ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
16. Cihazı teslim eden firma kurulumunu yapıp eğitim verecektir.

17 - Yedek Aspirasyon hortumu olmalıdır. Merzale DOĞAN

(Handwritten signature)