

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ DOĞUMHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

18.10.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL  
Yönetici V

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	SMEAR FIRÇASI(RİMEL TİP)	300	ADET		
2	RODAJLI LAM	300	ADET		
3	SAÇ SPREYİ	100	ADET		
4	CAM YAZAR KALEM	100	ADET		
5	SMEAR TAŞIMA KABI	300	ADET		
	TOPLAM (KDV HARİÇ)				

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **20.10.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLIYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 MALZEMELER TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

## TIBBİ SARF MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

### 1- Smear Fırçası (Rimel Tip smear fırçası)Teknik Şartnamesi

1. Orijinal ambalajda steril olmalıdır.
2. Toxic madde içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı
5. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli
6. Numuneye göre değerlendirilecektir

### 2- Rodajlı Lam Teknik Şartnamesi

1. Lamalar kaliteli optik, saydam ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
3. Kalınlığı 1-1.03mm, eni 26 mm ve boyu 76 mm olmalıdır.
4. Kenarları 90 derece traşlı ve tek tarafı rodajlı olmalıdır.
5. Bir kutu içinde en az 50 adet bulunmalıdır.
6. Rodajlı yerin eni 18-20 mm, boyu lam genişliğinde renkli olmalı ve bu alana yazılacak notlar silinmemelidir.
7. Lamın boyalı yüzeyinde yön belirlemeye yarayan bir işaret bulunmalıdır.
8. Lam üzerindeki yazı ve boya ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir.
9. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı
10. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli
11. Numuneye göre değerlendirilecektir.

### 3- Saç Spreyi Teknik Şartnamesi

1. 200ml'lik orijinal spray ambalajında olmalıdır.
2. Sitolojik materyalin fiksasyonunda kullanılmalıdır.
3. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı
4. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli
5. Numuneye göre değerlendirilecektir.

### 4- CAM YAZAR KALEM

1. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
2. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir.


### 5- Smear Taşıma Kabı Teknik Şartnamesi

1. Smear kabı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Kutu ve kapak birbirine bağlı tek parça halindedir olmalıdır.
3. Nakil işlemine karşı sızdırma, açılma yapmadan taşınabilecek güvenlikte olmalıdır.
4. Smear kabı içi, alınan smear numune lamını rahatça saklayacak genişlikte olmalıdır.
5. Smear kabı 2 slayt kapasiteli olmalı ve iki lam birbirine değmeden taşınabilir olmalıdır.

6. Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
7. Koli etiketi üzerinde üretim tarihi, son kullanıma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır
8. TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
9. TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir

**Emine UMDE ÇELİK**

**Uzm.Dr.**



**Fatih ÇELİK**

**Uzm.Dr.**

