

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 2 (İKİ) KALEM TIBBİ SARF  
MALZEME ALIM İŞİ

20.10.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Mustafa Alper ÜNAL  
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	TOT UYGULAMA İĞNESİ	2	ADET		
2	CERRAHİ PED(20X15)	150	ADET		
TOPLAM (KDV HARİÇ)					

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **23.10.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLIYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
- 9 DOĞRUDAN TEHMİN LİMİTİNİ GEÇERN FİYATLAR KABUL EDİLMİYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

## DOKU TUTUNUM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme monofilament polipropilen yapıda olmalıdır.
2. Malzeme 40cm uzunluğunda eni 0.8cm olmalıdır.
3. Malzemenin her iki ucunda mavi renkte polipropilen yapıda dokunun içinde paraşüt şeklinde açılma özelliğine sahip çıpalar olmalıdır.
4. Çıpalar ayarla yapmak için sadece tek yönde ilerleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Çıpaların dokulara uygulanabilmesi için tetikleyici mekanizması olan 1 adet uygulama aparatı olmalıdır.
6. Uygulama aparatı tekrar kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
7. Uygulama aparatının tekrar sterilizasyonu için özel delikleri olan sterilizasyon yapılmasını ve sterilitesini koruyan özel kutularında verilmelidir.
8. Uygulama aparatı el maniplasyonuna uygun dizayn edilmiş tornavida yapısında olmalıdır.
9. Malzeme aşağıdaki endikasyonların tedavisinde kullanılabilir.
  - Stres Uriner İnkontinans( ve/veya)
  - Sistosel(ve/veya)
  - Rektosel(ve/veya)
  - Kaf proapsusu(ve/veya)
  - Perine onarımı(ve/veya)
  - Uterin desensus(ve/veya)
10. Malzeme ürünü koruyan yapıda blister içinde olmalı, dış kutusu içinde steril paketler içinde olmalıdır.

Op. Dr. Emine UMDE ÇELİK  
Dip.Tes. No:162005  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı  
Patnos Devlet Hastanesi

## CERRAHİ PED TEKNİK SARTNAMESİ

1. Pedler tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun gazlı bez ve pamuktan imal edilmeli
2. 20x15 cm ebatlarında steril. Pedler cerrahi tıp katlama şeklinde steril.
3. Santimetre başına özgül sayı en az 10, atkı teli sayısı en az 10 olmak kaydıyla , kullanılan pamuk %100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, beyaz ,kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalı ,hidrofil testlere uygun olmalı, boya kullanmadan beyazlatılmış olmalı ,su tutucu özelliği yüksek olmalı, asit ve alkali ihtiva etmemeli (pH nötr)
4. Pedde kullanılacak pamuğun kalınlığı 1 cm olmalı, En az 10 g ( $\pm 2$  g) pamuk içermeli
5. Pamuklu ped, 20 cm x 15 cm ( $\pm 0,5$ cm) ebatlarında dikdörtgen biçiminde, pamuk gazlı bez içerisine muntazam yayılarak ve gazlı bez tarafından tamamen kaplanarak, kenarlarından serbest lifler ve pamuk sarkmayacak şekilde dikişsiz olarak hazırlanmış olmalıdır.
6. Paketler halinde teslim edilmeli, paketlerin üzerinde açıklayıcı etiket olmalı etikette ürünün özelliği (boyutu) ve sayısı belirtilmiş olmalıdır. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, hasar gören paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazılmış olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

Dr. İsmail UZUN  
FAROS DOKÜMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
12520  
12520  
12520