

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 510  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

23/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/10/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykurt BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	RIESTER MARKA Rİ-FORMER MODEL OTOSKOP İÇİN AMPUL	ADET	5		
2	HEİNE MARKA EN 100 MODEL OTOSKOP İÇİN AMPUL	ADET	5		
3	ZERO ONE VİSİO 2000 MODEL OTOSKOP İÇİN AMPUL	ADET	5		
			TOPLAM		


**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.


## RIESTER MARKA RI-FORMER MODEL OTOSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane genelinde kullanılan Riester marka ri-former model otoskop cihazlarına uyumlu olacaktır.
2. 3.5V olacaktır.
3. Orijinal olacaktır.
4. CE standartlarına uygun olacaktır.
5. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup , teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
6. En az bir yıl garantili olmalıdır.
7. Numuneler Biyomedikal Depoya getirilecektir ve servislerdeki otoskoplarda denenecektir.
8. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

  
H. B. BOZKURT


## HEİNE MARKA EN 100 MODEL OTOSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane genelinde kullanılan HEİNE marka EN 100 model otoskop cihazlarına uyumlu olacaktır.
2. 3.5V olacaktır.
3. Orijinal olacaktır.
4. CE standartlarına uygun olacaktır.
5. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup , teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
6. En az bir yıl garantili olmalıdır.
7. Numuneler Biyomedikal Depoya getirilecektir ve servislerdeki otoskoplarda denenecektir.
8. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

  
Lgr DS2KUR T

## ZERO ONE VISIO 2000 OTOSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane genelinde kullanılan Zero One marka VISIO 2000 model otoskop cihazlarına uyumlu olacaktır.
2. 3.5V olacaktır.
3. Orijinal olacaktır.
4. CE standartlarına uygun olacaktır.
5. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup , teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
6. En az bir yıl garantili olmalıdır.
7. Numuneler Biyomedikal Depoya getirilecektir ve servislerdeki otoskoplarda denenecektir.
8. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

  
Hüner Bozkurt