

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 54
Konu : Malzeme Alımı Hk.

23/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25/10/2017 tarih ve saat 16:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Alkan BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TEKERLEKLİ SANDALYE	ADET	15		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.

6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.

9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

TEKERLEKLİ SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İç içe geçebilen tekerlekli sandalye katlanmayan özellikte olmalıdır.
2. Yerden kazanım amaçlı, birden fazla tekerlekli sandalye alışveriş arabaları gibi birbiri arkasından iç içe geçirilerek park edilebilir olmalıdır.
3. Çalınmaya karşı ve alındığı yere tekrar bırakılması için, alışveriş arabaları gibi park halinde iken birbirine, zincir yardımı ile depozitle çalışan bir kilit sistemi sayesinde kilitlenebilmelidir.
4. Bu kilit mekanizması kolay erişilebilir şekilde el tutamaç yerinin ortasında olmalıdır.
5. Tekerlekli sandalyenin ana şasesi 32 mm. (+/- 2 mm.) X 2 mm. (+/- 0,2 mm.) ölçülerinde özel yüzey işlemden geçirilmiş herhangi bir boya ya da kaplama malzemesi ile kaplanmamış özellikte paslanmaz çelik borudan yapılmış olmalıdır.
6. Tekerlekli sandalyenin dıştan dışa; yerden en yüksek noktası 100 cm. (+/- 5 cm), en geniş noktası 68 cm. (+/- 3 cm.), ayak ucundan sırt kısmına en derin(uzak) noktası 103 cm. (+/- 5 cm.) olmalıdır.
7. Tekerlekli sandalyenin sırt pedi, oturma pedi ve kolçakları dokununca yumuşak his veren malzemeden olmalıdır.
8. Tekerlekli sandalyede oturma pedinin en geniş yeri 48 cm. (+/- 2 cm.), en derin yeri 46 cm. (+/- 2 cm.) olmalıdır.
9. Tekerlekli sandalyede oturma pedi üst yüzeyinin yerden yüksekliği, oturma ergonomisi için en yüksek noktada 48 cm. (+/- 2 cm.), en düşük noktada 42 cm. (+/- 2 cm.) olacak şekilde eğimli olmalıdır.
10. Tekerlekli sandalyede hastanın yaslanma konforu için ergonomik yapıda ve sırt pedinin en geniş yeri 43 cm. (+/- 2 cm.), en derin yeri 29 cm. (+/- 1,5 cm.) ölçülerinde olmalı, yere en yakın yerinin yerden yüksekliği 62 cm. (+/- 3 cm.), yere en uzak yerinin yerden yüksekliği 91 cm. (+/- 3 cm) olmalıdır.
11. Tekerlekli sandalyede kolçaklar arası içten içe mesafesi 46 cm. (+/- 2 cm.) olmalıdır.
12. Kolçakları hasta transferi esnasında sırt tarafına doğru açılır kapanır hareketli olmalıdır.
13. Ayak basma yeri plastik enjeksiyon malzemeden olmalı ve üzerinde yük yokken (hasta binerken ve inerken ayağını çekmesi ile) kendiliğinden hasta güvelliği için yukarı doğru hareket ederek kapanma özelliği olmalıdır.
14. tekerlekli sandalyenin ayak basma yerinin en geniş noktası 25 cm. (+/- 1,5 cm.), derinliği 22 cm. (+/- 1,5 cm.) olmalıdır.
15. Tekerlekli sandalyenin, el tutma yeri altında bir tutamaç ile bir kere çekip bırakma ile sabitlenecek, bir kere daha çekip bırakma ile serbest kalacak (çıt çıt sistemi) freni olmalıdır.
16. Hasta güvenliği için emniyet kemeri olmalıdır.
17. Önünde 2 adet, arkasında iki adet olmak üzere 4 (dört) adet tekeri olmalıdır.
18. Ön tekerleri 125 mm. (+/- 10 mm.) X 30 mm. (+/- 2 mm.) ölçülerinde dolgu teker, arka tekerleri 200 mm. (+/- 10 mm.) X 50 mm. (+/- 2 mm.) ölçülerinde dolgu teker olmalıdır.
19. Tekerlekli sandalyenin kolay hareket kabiliyeti için ön tekerleri sarhoş özellikte her yöne dönebilir olmalı, arka tekerlekleri sadece ileri geri hareket etmelidir.
20. Tekerlek tutucu ön forkları (maşa) paslanmaz çelik enjeksiyon, arka forkları (maşa) paslanmaz çelik malzeme üzeri plastik enjeksiyon kapak ile kapatılmış olmalıdır.
21. Teklif edilen ürünün en az 2 (iki) yıl üretim ve fabrika hatalarına karşı garantisi olmalıdır. 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça garantisi olmalıdır.

M. HATİH
M. A. G. E. R. İ. N. C. İ. T.

Diğer ASLAN
Hemşire
Ağrı Devlet Hastanesi