





DOC. DR. YASAR ERYILMAZ DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

TENS ELEKTROT KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 adet)

1. Cihaz kablo uzunluğu 1.5-2 metre uzunlugunda olmalıdır.
2. Fizyotens 4000 bagımsız 4 kanallı klinik tens cihazına uyumlu olmalıdır.



Sadettin Küçükoğlu  
Fizyoterapist.




Mehmet Asut  
Fizyoterapist


✓


CHATTANOOGA İNTELECT ELEKTROTERAPİ, ULTRASON VE KOMBİNE TEDAVİ CİHAZI  
KABLO VE ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 adet

-Chattanooga İntelect elektroterapi, ultrason ve kombine tedavi cihazına uyumlu olmalıdır.

- 4adet kendinden yapışkanlı elektrot
- 4 adet elektrot kablosu
- 4 adet vakum elektrodu ve süngeri orta boy
- 4 adet vakum elektrot kablosu

  
Sadettin Küçükoğlu  
Fizyoterapist

  
Mahir Aşut  
Fizyoterapist

  
Zuhur Kahraman  
Fizyoterapist

DOÇ DR. YASAR ERYILMAZ DOGUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ

PARAFİN SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(1 adet)

1. Cihaz kesilen dokuların gerdirilmesini ve kurutulması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Cihazın kapasitesi en az yaklaşık 14 lt olmalıdır.
3. Yüksek dokulara kolayca ulaşmak ve net olarak görmek için cihazın iç yüzeyi yansısız siyah renkli olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklığı 75 °C kadar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihazda tam otomatik dijital göstergeli termostatik ısı kontrolü mevcut olup, devamlı olarak gerçek ısıyı göstermelidir.
6. Cihaz üzerinde dokunmatik açma-kapama düğmesi olmalıdır.
7. Cihaz üzerinde otomatik koruma devreleri bulunmalıdır.
8. Cihazın kablosu topraklı ve 2,5 m uzunluğunda olmalıdır.
9. Cihaz ithal malı olmalıdır.
10. Cihazı satan firmanın Türkiye'de satışa yetkili olduğunu gösteren noter onaylı mümessillik belgesini teklifle birlikte vermelidir.
11. Üretici ve ithalatçı firmalar cihaz için, fabrikasyon /imalat hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz, yedek parça ve servis için en az 10 yıl ücret mukabilinde hizmet vermeyi garanti ve taahhüt etmelidir.
12. Teklif veren firma, teknik servis için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Teknik servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
13. Teklif veren firma cihazı kullanan en az beş laboratuardan alınan teknik servis yeterlilik belgesini (telefon ve yetkili kişi adı belirtilerek) teklifle birlikte vermelidir.
14. Firmalar, teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sadettin Küçüköçmen

Sadettin Küçüköçmen

fiyotepirt.

Mehmet Asut  
fiyotepirt