

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/520
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Akkut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DOĞUM MASASI	ADET	1		
			TOPLAM		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK TIBBİ İŞLEM MASASI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Masa normal ve müdahaleli doğum yaptırmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
 2. Metal aksamı korozyona dirençli çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyeşter toz boya ile fırınlama metoduyla boyanmalıdır.
 3. Masa tablası üç parçadan oluşmalıdır. Sırt ve oturma bölümü şuntalam malzemenen imal edilmiş olmalı bu bölümlerin üzeri poliüretan dolgulu vinleks malzeme ile kaplanmalıdır. Ayakucu metal takviyeli ABS Plastik malzeme olup kolay sökölüp takılabilir özellikte olmalıdır.
 4. Yükselme ve alçalma hareketlerini alüminyum muhafazalı teleskopik motor ile yapmalıdır.
 5. Masada hastanın destek alacağı nikelaj kaplı tutamaklar bulunmalıdır.
 6. Masada 360 derece dönebilen ve aşağı / yukarı hareketli, metal destekli poliüretan dolgulu ve vinlex kaplı kol destekleri bulunmalıdır.
 7. Masada seyyar el kumandası bulunmalıdır. Kontrol panelindeki dokunmatik tuşlar sayesinde, baş hareketi, yükselme alçalma hareketi, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri elektronik olarak yaptırılmalıdır.
 8. Masada iki adet serum askılığı yuvası bulunmalıdır.
 9. Masa yüksekliği 66 cm (±3) ila 106 cm (±3) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
 10. Masanın başucu en az 53° (± 5) kadar yükselmeli, Trendelenburg en az 16° (± 3) , Ters Trendelenburg 10° (± 3) olmalıdır.
 11. Sırt ve trendelenburg hareket motorları en az 3000 N, yükseklik ayarını yapan motor 2000N ve LINAK ya da DEWERT marka olmalıdır.
 12. Masa 220V 50-60HZ şebeke elektriğı ile çalışmalıdır. Karyolanın ana elektrik girişinde izole edilmiş karyolanın tüm elektriğini kesen açma kapama anahtarı bulunmalıdır.
 13. Elektronik hareketleri 24V DC motor ile sağlanmalıdır. Yatağın DC motorları yağlama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
 14. 24 volt bataryalı şarj sistemi ile elektrik kesintisinde bile kesintisiz çalışabilme özelliğı bulunmalıdır.
 15. Masanın elektrik sistemine kolay müdahale edilebilmesi için kontrol kutusu alt şasede plastik muhafaza içerisinde olmalıdır.
 16. Alt şase kısmı sağlık şartlarına uygun dayanıklı ve ABS plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır.
 17. Masa tekerlekleri gizli olup ABS plastik muhafazanın altında olmalıdır. Masa hareketleri kolay olup istenildiğinde pedal vasıtası ile tekerler devre dışı bırakılıp zeminde hareket etmesi önlenmelidir.
 18. Masa aşağıda belirtilen aksesuarlarla birlikte verilmelidir.
 - 1 Adet serum askısı
 - 2 Adet kol destek. (bağlama kemeri ile birlikte)
 - 2 Adet diz destek. (Aşağı / Yukarı hareketli kendi eksenini etrafında 360 derece dönebilen poliüretan malzemenen imal, bağlama kemeri ile birlikte)
 - 2 Adet destek tutamağı.
 - 1 Adet krom nikel malzemenen imal atık toplama tası.
 19. Üretici firmanın TSE veya TSEK uygunluk belgesi bulunmalıdır.
 20. Üretici firmanın ISO 9000 ve TS EN ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.
 21. 2 yıl ücretsiz servis ve 10 yıl yedek parça temin garantili olmalıdır.
- NOT:DOĞUM MASASI DENENECEK UYGUN OLMADIĞI DURUMUNDA TÜM MADDELER GEÇERSİZ SAYILIP İADE EDİLECEKTİR.


Dr. D. İbrahim YILDIZ
Üst. Doç. Dr. Doğum Uzm.
Doğum Uzmanı
133937
Ağrı Devlet Hastanesi

Seniha Avcı

