

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/521
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/10/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op.Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ALÇI SARGI 10X200 CM	ADET	1.500		
2	ALÇI SARGI 15X200 CM	ADET	5.000		
3	HASTA VÜCUT BAKIM SETİ	ADET	200		
4	AĞIZ BAKIM SETİ	ADET	100		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

12-Kalemler: ALÇI SARGISI (10-15 cm)

1. Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuk ipliğinden yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan bezde kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb. kusurlar bulundurmamalıdır.
3. Alçı sargılarda kullanılan bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık çizgi şeklinde kesilmelidir.
4. Alçı sargılarda kullanılan bezdeki atkı ve çözgü teli sayısı 18 adet/cm² olmalıdır.
5. Alçı sargılarda kullanılan bezin kütlesi 26 gr/m² den az olmamalıdır.
6. Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat yapısında olmalıdır.
7. Sargı en az % 85 kalsiyum sülfat hemihidrat içermelidir.
8. Alçı sargının birim alan kütlesi 340 gr/m² az olmamalıdır.
9. Sertleşme süresi 4-8 dk arasında ayarlanmış olmalıdır.
10. Alçı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.
11. Alçı sargı boyu ± 5 cm toleransları içinde olmamalıdır.
12. Alçı sargı eni $\pm 0,2$ cm toleransları içerisinde olmalıdır.
13. Herbir alçı sargı genişliğine silindirik bir çekirdek üzerine sarılmalı ve bu rulo nem geçirmeyecek şekilde bir malzemeye ambalajlanmalıdır.
14. Herbir alçı sargı iç ambalajı üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalıdır.
15. Firmanın ticaret ünvanı,adı veya adresi varsa tescilli markası olmalıdır.
16. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
17. Alçı sargının boyutları 10x200 cm ve 15x200 cm olmalıdır.
18. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Op. Dr. Abbas KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 141746
Abi Devlet Hastanesi

3. Kalem: VUCUT BAKIM SETİ

set içinde aşağıdaki ürünler bulunmalıdır.

Bir poşet içinde 1 adet hasta başı saç temizleme bonesi

Bir poşet içinde en az 24 adet hasta temizlik süngeri

Bir poşet içinde en az 12 adet antibakteriyel vücut havlusu

Hasta başı ve saç temizleme bonesi, hasta temizlik süngeri ve antibakteriyel vücut temizlik havlusu şu özellikleri ihtiva etmelidir;

Bone şampuan ve bakım kremi içermelidir.

Bonenin dışı hastaya temizlik masajı uygularken içindeki kimyasal maddeleri dışarıya akıtmayacak şekilde olmalıdır.

Her hasta için ayrı ambalajda olmalıdır.

Oda ısısında veya microdalga fırında ısıtılarak kullanıma uygun olmalıdır.

PH değeri 4,5-5 arasında olmalıdır.

En fazla 3 dk uygulama sonucunda saçları temizleme özelliğine sahip olmalıdır.

Su kullanmadan kuru saça uygulanabilmelidir. Saçın nem dengesini sağlamalıdır.

Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp durulanmaya ve kurulanmaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.

Göz ve deriye temasta irritasyona sebep olmamalıdır.

Latex içermemelidir.

Alkol içermemelidir.

Süngerler tek kullanımlık olmalıdır.

ıslatıldığında kendi temizlik sabunu ile köpürtülmeli ve kullanıma hazır hale gelmelidir.

Hastanın temizlik süngeri ile temizlenmesi işleminden sonra başka işleme gerek kalmamalıdır.

Kalınlığı ortalama 0.5-1.0 cm arası olmalıdır.

Sünger bir yapıda olmalıdır.

Hasta cildi için hassas ve yumuşak bir dokusu olmalıdır.

Poşetlerde en az 24 adet sünger bulunmalıdır.

TSE-TSEK veya uluslararası belgeye sahip olmalıdır.

Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirmesi yapılacaktır. Bu Numuneler 1 hafta kullanıldıktan sonra satın alınma kararı verilecektir.

S. B. AĞI Devlet Hast.
Uz. Dr. Mehmet Ş. MAĞAC
Anestezi ve Reanimasyon
Dip./Uzm. No: 121633/124247

4. Kalem :AĞIZ BAKIM SETİ

1-)Çubuklar disposable olmalı (her biri tek paketlenmeli) ve 20 adet özel fermuarlı şeffaf plastik poşetlerde bulunmalı ve çubukların sapları plastik olmalıdır.

2-)20 adetlik paketlerde

- i. dudak çatlamlarına karşı şeffaf özel bitki özlü dudak kremi bulunmalı
- ii. nane aromalı özel medikal süngeri dentrifice ile muamele edilmiş olmalıdır.
- iii. Üzerinde ölçü çizgileri bulunan özel kullanım kabı bulunmalıdır.
- iv. % 1.5 luk hidrojen peroksit içeren 1-1/2 Oz (44 ml) lik alkol içermeyen ve üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası yazan özel temizleme solüsyonu bulunmalıdır.

2- 20'lik poşetlerin üzerinde lot no. Ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

3-) Satın alma kararı verilmeden önce numune degerlendirmesi yapılacaktır. Bu Numuneler 1 hafta kullanıldıktan sonra satın alınma kararı verilecektir.

S. B. Ağrı Devlet Has.
Uz. Dr. Mehmet S. MİNGAC
Anestezi ve Reanimasyon
Doktoru No: 15321/2007