

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ ACİL BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 2 (İKİ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

31.10.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	EKO PROBU	1	ADET		
2	TENS İÇİN KENDİNDEN YAPIŞKANLI 4 LÜ ELEKTROT	100	ADET		
	TOPLAM (KDV HARİÇ)				

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **02.11.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 MALZEMELER TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

AGRI PATINDS DELET HASTANESI
TENS İCİN KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELEKTROT
TEKNIK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞEELLİKLER

- 1- Elektrot üzerinde elektrot kablosunun tutulması için en az 2-3 cm uzunluğunda uygun kalıba girsin olması gereklidir.
- 2- Elektrot üzerinde yapışma özelliğini safalığı gelmelidir.
- 3- Elektrot içerisinde iyon kullarım ve iyi iletkenlik için karbon film olmalıdır.
- 4- Elektrot 15-20 kezli serisi kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Elektrot 5x5 cm kare ölçülerinde olmalıdır.
- 6- Numune gözetilebilir.

Fizyoterapist
Necdet ASLAN
M. Aslan

ACIL SERVİS KLİNİĞİ İHTİYACI OLAN

SEKTÖR PROB

TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Teklif edilen prob Mindray marka M-5 model taşınabilir renkli doppler ultrasonografi cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen prob ile transkraniyel/transfontanel ultrasonografi ve doppler çalışmaları yapılabilir.
3. Teklif edilen prob B-Modda 2.0-2.5-3.0 MHz frekanslarda çalışabilmelidir.
4. Teklif edilen prob Harmonik Görüntüleme yapabilmeli ve harmonik çalışma frekansları 3.5-4.0 MHz olmalıdır.
5. Probu teklif eden firma cihaz ve prob ile ilgili Yetkili Satıcı olduğuna dair belge ibraz etmek zorundadır.
6. Teklifi veren firma probun kullanımı hakkında 1 (bir) gün süre ile eğitim verecektir.
7. Probu beraber usg cihazı için gerekli program yüklenmesinde firmaya aittir.

