

**T.C.**  
**SAGLIK BAKANLIGI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği**  
**Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi**

**TEKLİFE DAVET**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ FİZİK TEDAVİ BİRİMİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/11/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TENS ELEKTROT KABLOSU	ADET	30		
2	CHATTANOOGA İNTELECT	ADET	10		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):</b>					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**NOTLAR:**


- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması


Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

DOC. DR. YASAR ERYILMAZ DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

TENS ELEKTROT KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 adet)

1. Cihaz kablo uzunluğu 1.5-2 metre uzunlugunda olmalıdır.
2. Fizyotens 4000 bagımsız 4 kanallı klinik tens cihazına uyumlu olmalıdır.

  
Sadettin Küçükölcü  
fizyoterapist.


  
M. Asut  
fizyoterapist

✓

CHATTANOOGA İNTELECT ELEKTROTERAPİ, ULTRASON VE KOMBİNE TEDAVİ CİHAZI  
KABLO VE ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 adet

-Chattanooga İntelect elektroterapi, ultrason ve kombine tedavi cihazına uyumlu olmalıdır.

- 4adet kendinden yapışkanlı elektrot
- 4 adet elektrot kablosu
- 4 adet vakum elektrodu ve süngeri orta boy
- 4 adet vakum elektrot kablosu



Sadettin Küçükörsin  
Fizyoterapist



Mahir Aşut  
Fizyoterapist



Zuhur Kahraman  
Fizyoterapist