

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DIŞ POLİKLİNİĞİ İÇİN AERATÖR BAŞLIĞI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/11/2017 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AERATÖR BAŞLIĞI	ADET	3		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

AERATÖR BAŞLIĞI TEKNİK SARTNAMESİ

- 1 - Açılmamış orijinal ambalajda olmalıdır.
- 2 - Aerator başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı, 2.2-2.5 atmosfer basınçla çalışmalıdır.
- 3- Aerator başlığı çıkış gücü en az 16 w olmalıdır.
- 4- Dakikadaki dönme hızı 450.000 rpm nin altında olmamalıdır.
- 5- Aerator başlığının kafası minyatür olmalı ve en fazla 10.6x12.5 mm kafa çapı ile optimum görüş alanı sağlamalıdır.
- 6- Türbin borden (Basınçlı hava ve su girişi iki delikli standart borden tipte olmalıdır.) tip olmalı ve çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 7- Aerator başlığı dayanıklılığı artıran kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
- 8- Başlığa frez takılabilmesi için anahtara ihtiyaç olmamalı; push-buton sistem olmalıdır.
- 9- Hortum ve türbine kolayca takılıp çıkarmayı sağlanmalı.(coupling sistem).
- 10- Cihazda etkin soğutma sistemi olmalıdır.
- 11- Aerator başlığı kafasında ağız içi tükrük , sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine (clean head sistem) sahip olmalıdır. ve bu işlem kafa üzerindeki 4 ayrı noktadan yapılmalıdır.
- 12- Aerator başlığı, frez tutucuya entegre rulman sistemi (ISB teknolojisi) özelliği ile vibrasyonlu ve düzensiz kullanımlarda çalışma verimini artırıp kartuş ömrünü de uzatmalıdır.
- 13- Ses seviyesi 75 dB den fazla olmamalıdır.
- 14- Dış yapısı ve imalinde kullanılan malzeme çarpma ve düşmeye karşı dirençli ayrıca kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 15- Aerator başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- 16- Aerator başlığı termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
- 17- 135 C 'a kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 18- Cihazın bakımı spreya yağlarla yapılabilmesi.
- 19- Aerator başlığı korozyon direncine sahip olması için tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- 20- Ezilme ve düşmeden doğan arızaların dışında, 2 (iki) yıl garantisi bulunmalı ve garanti belgesinde Türkiye mümessilinin kaşesi bulunmalıdır.
- 21- **Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**

NOT: Teklif edilen malzemenin teknik şartnamenin maddelerine verilmiş cevapları olmalı ve bu cevaplar malzemenin kullanım kılavuzunda ibraz edilmelidir.

Dr. Dr. Yaşar Enilmez
Doğulu Yazıt Devlet Hastanesi
Dış Tıbbi
Cemal YÜSEFİAŞ
Dip. No: 105213