

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 587
Konu : Malzeme Alımı Hk.

23/11/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27/11/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

| Sıra No | Malzemenin Adı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------|------------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|
| 1 | KAN ISITMA VE PLAZMA ERİTME CİHAZI | ADET | 1 | | |
| | | | TOPLAM | | |

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

KAN ISITMA VE PLAZMA ERİTME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz eritrosit, taze donmuş plazma (TDP) ve cryopreparasyonlar gibi kan torbalarında saklanan kan ürünlerini transfüzyona hazır hale getirmek için ısıtma veya eritme işlemi için kullanılmalıdır.
2. Cihaz ısıtma veya eritme işlemi tamamen kuru sistem ile gerçekleştirmelidir. Su veya benzeri sarf malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
3. Cihaz ısıtma veya eritme işlemi çok kısa bir sürede gerçekleştirmelidir. (TDP için en fazla 20 dk, Eritrosit için en fazla 15 dk.)
4. Cihaz en az 4 torba kapasiteli olmalıdır.
5. Cihaz standart çözünme ve ısı prosedürüne sahip olmalıdır. Kullanıcı tek tuş ile işlemi başlatabilmeli ve cihaz başında takip kontrol gerekmemelidir.
6. İşlem sonunda cihaz sesli ve görsel uyarı vermeli, 37 santigrat derece sıcaklıkta otomatik olarak bekleyebilmelidir.
7. Cihaz tam otomatik olmalıdır. Kullanımı kolay olmalı; ısı ve zaman ayarı yapmaya gerek duyulmamalıdır.
8. Cihaz üzerinde kan ürününün sıcaklığını gösteren ekran bulunmalıdır. Göstergede 0.1 santigrat derece hassasiyetle sıcaklık takip edilebilmelidir.
9. Cihazın elektriksel koruma sınıfı "Sınıf 1" standardında olmalıdır.
10. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
11. Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış UBB kaydı olmalıdır.
12. Cihazın garanti süresi bitiminden sonra 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti firma tarafından verilmelidir.
13. Cihazın Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
14. Bu şartname bir (1) sayfadan oluşmaktadır.

Uz. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 119339
Ağrı Devlet Hastanesi