

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 588
Konu : Malzeme Alımı Hk.

23/11/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27/11/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	OTOKLAV CONTA SPREYİ	ADET	45		
			TOPLAM		


**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

OTOKLAV CİHAZLARINDA KULLANILAN CONTA SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hastanelerde kullanılan **her marka otoklav cihazı** için uyumlu olmalıdır.
- 2) Ozon tabakasına zarar vermemelidir.
- 3) Conta üzerine sıkıldığında contanın uzun vadede kırılması ve çatlamasını önlemelidir.
- 4) Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.
- 5) Antistatik etkiye sahip olmalıdır (toz itici özellik) .
- 6) Sprey sıcak yüzeylerde kullanılırken contanın yüzeye yapışmasını önlemeli ve de tortu bırakmamalıdır.
- 7) Sprey kullanıcı sağlığına zarar vermemelidir , kullanımı kolay olmalı ve herhangi bir risk teşkil etmemelidir.
- 8) Orijinal kapak contasına zarar vermemelidir , contanın spreyden kullanılamaz hale geldiği durumlarda firma orijinal kapak contasından ücretsiz temin edecektir.
- 9) **Teslim edilecek ürünlerin miadları en az 20 ay olmalıdır.**
- 10) Değerlendirme için orijinal bir adet sprej numune olarak biyomedikal depoya bırakılmalıdır.
- 11) Leke bırakmamalıdır , şeffaf olmalıdır.
- 12) **-20 ve + 240 derece sıcaklık aralığına dayanıklı olmalıdır.**
- 13) Sprej koruyucu bir alan oluşturup neme karşı bir koruma sağlamalıdır.


Hür Bozkurt