

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

01.12.2017

KONU HASTANEMİZİN İHTYACI OLAN 1(BİR) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.
Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL

Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	MILLER (DÜZ) TIPTA YETİŞKİN LARINGOSKOP SETİ	2	SET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
 - 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **04.12.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 - 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
 - 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
 - 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
 - 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
 - 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
 - 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
 - 9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
- PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

MİLLER (DÜZ) TİPTE YETİŞKİN LARİNGOSKOP SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde paslanmaz çelikten mamul , 1, 2, 3 ve 4 numaralarda toplam 4 adet Miller blade ve bir adet handle bulunmalıdır.
2. Blade'lerde ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesinde monteli olmalıdır.
3. Ampul LED özelliğinde olmalıdır.
4. Işık; optik kısım blade'lerin içine gömülü (integral) olmalı, sterilizasyonu etkileyeceği için herhangi bir vida veya pin ile tutturulmuş olmamalıdır.
5. Her türlü travmayı önleyebilmek için blade'lerin uçlarının köşeleri yuvarlanmış olmalıdır.
6. Blade doğru takılıp yerine oturtulduğunda saptaki ampul devreye girmelidir.
7. Handle ile bladelerin birleşim yeri kolay takılıp çıkarılabilen özellikte, dayanıklı ve suyla dezenfeksiyon sırasında oksitlenmeye karşı korunmuş olmalıdır.
8. Handle iki adet orta boy pil ile çalışmalıdır. Handleda bulunan piller çıkartıldığında, handle elektrik teması olmadığından her türlü sterilizasyon işlemi yapılabilmelidir.
9. Bladeler ve handle otoklavda 134 santigrat derecede sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
10. Ampul, handle e bladelerin üzerinde iyi okunabilir, belirgin şekilde marka ve no yazmalıdır.
11. Larengoskop'un handle kısmı yuvarlak ve dış yüzeyi kullanıcının elinden kaymayacak yapıda olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün DIN ISO 7376 standartlarına uygun olmalıdır ve bu katalog üzerinde gösterilebilmelidir.
13. Set içerisindeki bladeler aşağıdaki numaralarda olmalıdır
 - a. Mil 1
 - b. Mil 2
 - c. Mil 3
 - d. Mil 4
14. Teslimat sırasında birim tarafından istenmesi halinde mevcut bladeler farklı numara ve tipte bladeler ile ücretsiz değiştirilebilecektir.
15. Set kolayca taşınabilmesi için orijinal kaliteli sert plastikten veya suni deriden yapılmış taşıma çantası içinde olmalı ve bu çantada handle ve bladelerin tamamını yerleştirmek için yuvalar olmalıdır.
16. DEĞERLENDİRMELER NUMUNE ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

Adil Tıp Ürünleri
Uzm. Dr. Mustafa Kemal
Palmos Devlet Hastanesi