



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Teklife Davet

AĞRI ELEŞKIRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKIRT DH SATIN ALMA BİRİMİ
01/12/2017 11:30 - 36472700-774 01 01-505



00057675792

Teklif Davet

Kurumumuz Diyaliz Ünitesinde mevcut olan 3 adet Fresenius Marka Diyaliz cihazlarına ve 1 adet diyaliz Su Arıtma sistemine aylık Periyodik Bakım Onarım hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 07.12.2017 tarih ve saat 15.30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

İhale No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	3 Adet / Fresenius Marka Diyaliz Cihazlarına Aylık Periyodik Bakım Onarım Hizmet alımı	12	Ay	
2	1 Adet /Diyaliz Su Arıtma Sistemine Aylık Periyodik Bakım Onarım Hizmet alımı	12	Ay	
KDV HARİC TOPLAM TUTAR				

Not: Teknik Şartname

- 1 sayfa Diyaliz Cihaz bakım onarım Şartnamesi
- 1 sayfa Diyaliz Su Arıtma Sistemi Bakım Onarım Şartnamesi

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- 1 İdarelerince doğrudan temin usulü ile 07.12.2017 tarihte saat 15,30 da Diyaliz cihaz ve Su Arıtma Sist. bakım onarım hizmet alımı işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- 2 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3 Teklifler en geç 07.12.2017. GÜNÜ SAAT 15.30. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- 4 Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- 5 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- 6 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 7 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asılları İdareimiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 8 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.
- 10

ELEŞKIRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS: 0 472 711 49 63

E.Mail : eleskirtdh04@hotmail.com

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT DH SATIN ALMA BİRİMİ
01/12/2017 11:30 - 36472700-774 01 01-505



00057675792

**HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN FRESENIUS MARKA DİYALİZ CİHAZLARININ
2018 YILI AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu şartname hemodiyaliz bölümünde bulunan 3adet Diyaliz cihazlarının aylık bakım ve onarımını işlerini kapsar.

Bakım – onarım: Diyaliz cihazlarında gelebilecek arızaları önlemek ve sistemin performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak cihazların ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: Diyaliz Cihazların arızalarının giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder..

2. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere 12 Adet Periyodik Bakım Onarım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

3. Yetkili Firmanın TSE 12426 -12843 hizmet yeterlilik ISO 9001-2008 14000 2004 OHSAS 18001 2007 Belgelerine sahip olmalıdır.

4. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

5. Yetkili Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, cihazların tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir.

6. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

7. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

8. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların artırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir.

9. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 6 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda bu süre 24 saat olacaktır.

10. Yetkili Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

11. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.

12. Yetkili Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.

13. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki üniteye girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

14. Diyaliz Servis ünitesinde bulunan su sistemleri Saf su Hatlarında 3 aylık periyodlarda Saf Su hatları Dezenfeksiyon yapılacaktır. Bu İşlemler sözleşme dâhilindedir.

15. Bakım Onarım Yapan Firmanın Yetki Belgesi Olmalıdır.

16. Yüklenici, Firma bünyesinde 2 adet teknik eleman bulunduracaktır. Bu elemanlar teknik lise bölümlerine ait diplomaları ve Diyaliz cihazların bakım onarım ile ilgili Eğitim sertifikaları bulunmalıdır. Firma Çalıştırmış olduğu bu personellerle ilgili bu durumu SGK dokümanlarıyla belgelendirmelidir..

17. Yüklenici çalıştıracağı personelin isimlerini ve personele ait eğitim, deneyim, sertifika, diploma v.b. belgeleri teklif sunma aşamasında idareye ibraz edecektir.

29.11.2017

Kübra ERGÜN
Diyaliz HEMŞİRESİ

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Hem(Serv Sorm)

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

**HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN RO (Su arıtma sistemi) SİTEMİ
2018 YILI AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu şartname hemodiyaliz bölümünde bulunan Su arıtma sistemi aylık bakım ve onarımını işlerini kapsar.

Bakım – onarım: Su arıtma sisteminde gelebilecek arızaları önlemek ve sistemin performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: Su arıtma sistemin arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

DEZENFEKSİYON: Sağlık Bakanlığının istediği şekilde her üç ayda bir özel solüsyonla dezenfeksiyon yapılacaktır.

2. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere 12 Adet Periyodik Bakım Onarım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

3. **Yetkili Firmanın TSE 12426 -12843 hizmet yeterlilik ISO 9001-2008 14000 2004 OHSAS 18001 2007 Belgelerine sahip olmalıdır.**

4. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

5. Yetkili Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, cihazların tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir.

6. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

7. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

8. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir.

9. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 6 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda bu süre 24 saat olacaktır.

10. Yetkili Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

11. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.

12. Yetkili Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.

13. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki üniteye girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

14. Diyaliz Servis ünitesinde bulunan su sistemleri Saf su Hatlarında 3 aylık periyodlarda Saf Su hatları Dezenfeksiyon yapılacaktır. Bu İşlemler sözleşme dâhilindedir.

15. Bakım Onarım Yapan Firmanın Yetki Belgesi Olmalıdır.

16. Yüklenici, Firma bünyesinde 2 adet teknik eleman bulunduracaktır. Bu elemanlar teknik lise bölümlerine ait diplomaları ve su arıtma sistemi bakım onarım ile ilgili Eğitim sertifikaları bulunmalıdır. Çalıştırmış olduğu bu personellerle ilgili bu durumu SGK dokümanlarıyla belgelendirmelidir..

17. Yüklenici çalıştıracığı personelin isimlerini ve personele ait eğitim, deneyim, sertifika, diploma v.b. belgeleri teklif sunma aşamasında idareye ibraz edecektir.

29.11.2017

Kübra ERGÜN
Diyaliz HEMŞİRESİ

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Hem(Serv Sorm)