

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan TONER-KARTUŞ ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/12/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZİNER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HP 85/A TONER	ADET	60		
2	HP 36/A TONER	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

HP 85/A – HP 36/A YAZICI TONERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toner hastanemizde kullanılan HP yazıcıya uygun şekilde; **HP 55/A ve HP/36A** uyumlu olmalı.
2. Tonerler tam dolu, açılmamış olmalıdır.
3. Dolum ve benzeri ürün olmayacaktır.
4. Tonerlerde çıkan sorunlar için yüklenici firma kargo ücretini karşılamalıdır.
5. Üründe imal tarihi olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
7. CE standartlarına uygun olmalıdır.
- 8 Nakliye esnasında kırılan veya bozuk çıkan malzeme yenisi ile en fazla 15 gün içerisinde değiştirilecektir.

Ayşe ÇIRPAN
Tıbbi Sekreter
Faşınır Kayıt Kurumu, Şişli