T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ GÖZ BİRİMİNE AİT BİYOMİKROSKOP CİHAZI YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ 06.12.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr.Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	MODÜL DEĞİŞTİRİLECEK(MAINBORD)	1	ADET		
2	2 ARA KABLO	1	ADET		
3	JACK GİRİŞİ	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARİÇ)					

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **08.12.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

10 DOĞRUDAN TEHMİN LİMİTİNİ GEÇERN FİYATLAR KABUL EDİLMİYECEKTİR.

11 ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

Göz biyomikroskop Teknik Şartnamesi

Modul tamiri

1. Ana kontrol modülü orjinaline bağlı kalınarak tamir edilmeli
2. Tamir sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli
3. Modül çıkışları orijinal yapısına uygun voltaj çıkışları sağlamalı ve bunu çıkarmalıdır.
4. Cihazın ağrlığı ve büyüklüğü göz önüne alınacak olursa, Yüklenici firma yerinde tamiri gerçekleştirmeli ve çalışır teslim etmelidir.

5 .Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik servis verilmelidir.

6. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.

Lamba kablosu ve jak şartnamesi

1. Kablo ve jak orjinaline uygun bir şekilde değiştirilmeli

2. Jak girişi kısa devreye karşı korumalı ve en az 1 yıl garanti verilmelidir.

3. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.