

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi


HASTANEMİZ ANESTEZİ BİRİMİNDE BULUNAN MİNDRAY WATO-EX-65 MARKA CİHAZIN YEDEK PARÇA
ALIM İŞİ

06.12.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/A maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.


TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	FLOW SENSÖRÜ	6	ADET		
2	WATER TRAP	150	ADET		
3	BAKIM KİTİ	3	ADET		
4	OKSİJEN SENSÖRÜ	3	ADET		
5	OKSİJEN SENSÖRÜ ARA KABLOSU	2	ADET		
6	KÖRÜK	2	ADET		
7	O ₂ ,N ₂ O VE AIR MİKSER	1	ADET		
8	AG MODÜLÜ	1	ADET		
9	MONİTÖR BATARYASI 11.1 V 5200 mAh	2	ADET		
TOPLAM					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **08.12.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

MINDRAY WATO-EX-65 ANESTEZİ CİHAZI KÖRÜK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Mindray Wato EX-65 Cihazının Orijinal Parçası olmalıdır.
2. Sağlığa zararlı madde içermemelidir
3. Wato EX-65 Absorber sistemine kolayca yerleştirilebilmelidir.
4. Köruk reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır
5. Teklif veren Firma Teknik Servis ve Satış konusunda Türkiye Geneli veya ilgili bölgelerdeki Devlet Hastanelerine hizmet vermeye yetkili olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İskender KARAKULAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Fes. No: 154879

Anestezi Cihazı Oksijen sensörü Teknik Özellikleri (Mindray Wato Ex-65 / Ex-65Pro)

1. O2 sensör çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır
2. O2 sensör Mindray marka Wato Ex-65/Pro'nun orijinal parçası olmalıdır.
3. Hava almayan kutuda ağız kapalı şekilde olmalıdır.
4. O2 sensör her hasta tipinde kullanılabilir yapıda olmalıdır. (Yetişkin, Pediatrik, Bebek)
5. Teklif veren Firma Teknik Servis ve Satış konusunda Türkiye Genelinde ilgili bölgelerdeki Devlet Hastanelerine hizmet vermeye yetkili olmalıdır .

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İsmet KARANOLAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dış. Tes. No: 154879

Mindray Wato EX-65 model Anestezi Cihazı Soda Lime Teknik Özellikleri

- Soda Lime Kanister Süngeri Mindray Wato EX-65 Cihazına uyumlu olmalıdır
- Soda Lime Kanister Süngeri Soda Lime Tutucu yapıda olmalıdır.
- Soda Lime Kanister Süngeri Zararlı madde içermeyen malzemeden üretilmelidir.
- Soda Lime Kanister Süngeri 33mm X 110mm X 8 mm ebatlarında olmalıdır.
- Soda Lime Kanister Süngeri ihtiyacı gerektiren cihazın teknik servisini Türkiye genelinde veya ilgili bölgelerdeki devlet hastanelerinde vermeye yetkili olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İskender KARAKULAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 154879

Anestezi Cihazı Bakım Kiti Teknik Özellikleri (Mindray Wato Ex-65)

- Mindray Wato Ex-65 Anestezi cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
- Teklif veren firma Teknik servis ve Satış konusunda Türkiye genelinde veya ilgili bölgelerdeki devlet hastanelerinde doğrudan hizmet vermeye yetkili olmalıdır.
- Aşağıda yazılı olan malzemeleri içermelidir.

- 1 - M6M-010017 --- Conta, O-ring 28.00X2.50 A70 silikon Oring
- 2 - M6M-010070 --- Conta, O-ring 41X2.5 A50 silikon Oring
- 3 - M6M-010013 --- Conta, O-ring 4.00X1.50 A70 silikon oring
- 4 - M6M-010042 --- Conta, O-ring, 52X2 A50 silikon oring
- 5 - M6M-010038 --- Su toplama kabı sızdırmazlık oringi
- 6 - 0601-20-78842 - Sodalime kanisteri ve sodalime filtre mekanizması için conta bileşeni
- 7 - M6M-010032 --- Sodalime canister destek için Conta
- 8 - M6M-010014 --- Vaporizer manifoldu için sızdırmazlık Contası
- 9 - M6M-010031 --- Valf kapağı için Conta
- 10 - M6M-010033 --- Valf contası
- 11 - M6M-010021 --- Gaz tedarik giriş montajı için Contası
- 12 - 0611-20-45600 - Gaz besleme giriş filtresi
- 13 - M6M-010058 --- Kol oringi
- 14 - 0601-20-78843 - Sodalime kanisteri için sızdırmazlık çıkış minderi
- 15 - M6M-010063 --- Basınç örnekleme konnektörü için Conta
- 16 - M6M-010006 --- Taze gaz ve ACGO conta
- 17 - 0601-20-78848 - Körük için Conta yuvası
- 18 - 0601-20-78840 - BYPASS büyük sızdırmazlık minderi

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İsmet KARAKOLAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 154879

Anestezi Cihazı Flow Sensör Teknik Özellikleri (Mindray Wato Ex-65 / Ex-65Pro)

1. Flow sensör çok kullanımlık olmalıdır (Reusable)
2. Flow sensör Mindray marka Wato Ex-65/Pro'nun orijinal parçası olmalıdır
3. İspirasyon ve ekspirasyon ayırımına göre ok yönü ile işaretlenmiş olmalıdır
4. Flow sensör içerisinde basınç farkı metoduna göre çalışan Şeffaf membran bulunmalıdır
5. Flow sensör her hasta tipinde kullanılabilir yapıda olmalıdır (Yetişkin,Pediyatrik,Bebek)
6. Teklif veren Firma kullanılacak malzemenin Teknik Servis ve Satış konusunda Türkiye genelinde veya ilgili bölgelerdeki devlet hastanelerinde doğrudan hizmet vermeye yetkili olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İskender KARAKULAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 154879