

280

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTENEMİZ GE MARKA VENTİLATÖR İÇİN 1009 -5682-000 KODLU BATARYA** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/12/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Kasra MUHTAR
Başhekim

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	GE MARKA VENTİLATÖR BATARYASI (1009-5682-000)	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) **UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.**

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

**GE Healthcare**

GE MEDICAL SYSTEMS TÜRKİYE Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No:9
Söğütözü - Çankaya / ANKARA
Tel: 08502520202
Fax: 0312 285 3998 / 0312 - 2897806

SERVICE - PM REPORT/SERVİS - BAKIM RAPORU No:17 005616

HASTANE ADI: HOSPITAL NAME:	DOGU BETAZIT DEULET HASTANESİ
Cihazın Adı: Unit Name:	GE VENTILATOR
Model:	ENGSTROM
Seri No: Serial No:	CBC000379
Baş Tarihi/Start Date:	11.12.2017
Bitiş Tarihi/End Date:	11.12.2017
Varış Saati/Time On Site:	11:00
Bitiş Saati/End Hours:	12:00
Çalışma Saati/Working Hours:	1
Yol/Travel Hours:	2

Servis Türü: Job Type:	Sözleşmeli Contracted <input checked="" type="checkbox"/>	Garantili Warranty <input type="checkbox"/>	Ücretli HBS <input type="checkbox"/>	Montaj Installation OTR/No <input type="checkbox"/>	FMI <input type="checkbox"/>	Diğer Other <input type="checkbox"/>
---------------------------	--	--	---	---	------------------------------	---

Kullanılan Cihazlar/Used Tools:**Künye No:****WO:**

Model:	Seri No/Serial No:	Cal Date:	Model:	Seri No/Serial No:	Cal Date:
1.			4.		
2.			5.		
3.			6.		

Anestezi Cihazı

- Açılış Testi ve Kontrolleri
- Vaporizator Ölçümleri
- Flow Sensor Test ve Kalibrasyonu
- Breathing System Bakımı ve Testi
- Batarya Testi ve Filtre Temizliği
- Flow Metre Kontrolü ve Ayarı
- O2 Sensor Kontrolü ve Kalibrasyonu
- Bakım Kiti Değişimi
- Gas Modülü Kalibrasyonu
- APL Valve & Bag - Vent Kontrolü
- Alarm Testi
- Zero Mixer (Avance ve Aisys)
- Error Log Kontrolü
- Gas inlet Filter Kontrolü

Monitor

- Tüm Parametre Kontrolleri
- Batarya Testi ve Filtre Temizliği
- Error Log Kontrolü
- Alarm Kontrolü
- Gaz Modül Kalibrasyonu

Ventilator

- Açılış Testi ve Kontrolleri
- Batarya Test ve Kontrolü
- Kaçak Test ve Kontrolleri
- Kalibrasyonlar
- Alarm ve Error Log Kontrolleri
- Exhalation Vale Kontrolü
(Engstrom için)
- Gaz inlet Filter Kontrolü

MIC

- Mekanik Kontrollerin Yapılması
- Controller Check - Out
- Temperature Control
- Humidity Control
- O2 Control and Calibration
- Scale control and Calibration
- Resuscitation Check - Out
- Light Intensity and Timer Control

Serviste kullanılan malzemeler/Used parts:

Parça No/Part No:	Adet:

Değiştirilmesi gereken yedek parçalar/Parts should be replaced

Parça No/Part No:	Adet:
1009-5682-000 Batarya	2

Detaylı test ve kalibrasyonlar TRM içeriğine göre yapılmıştır.

Güvenlik soruları: 1.Ölüm/yaralanma gerçekleşti mi? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR	2.Ölüm/yaralanma potansiyeli var mıydı? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR
3.Arıza cihaz kullanım esnasında mı gerçekleşti? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR	Problem çözüldü mü? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR
Arızanın hasta üzerindeki etkisi:	Cihaz çalışır durumda mı? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR

Arıza detayı/Problem Detail:

Arıza detayı/Problem Detail: alarm sesleri, cihaz bataryaya desteği yok olduğu için servise ulaştırıldı.

Teşhis ve Düzeltici Faaliyet / Diagnosis and corrective action:

Teşhis ve Düzeltici Faaliyet / Diagnosis and corrective action: Yapılan incelemede cihazın alarm sesleri bataryaya desteği olmadığı için servise ulaştırıldı. Batarya değiştirildi.

Uygulanan Testler/Testing:

Servis Mühendisi ve imzası
FE name and signature

Müşteri adı / Customer name
Görevi / Title
İmza / Signature
Tif. No:

Erdal GERENBİ
Tıbbi cihazlar Uzmanı

Servis hizmet süresi maksimum 20 iş günüdür. 90 takvim gününde alınmayan cihazlardan servisimiz sorumlu değildir.