

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAN TRANSFÜZYON BİRİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/12/2017 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİ SERUMU ANTİ-A	FLAKON	5		
2	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİ SERUMU ANTİ-B	FLAKON	5		
3	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİ SERUMU ANTİ-D	FLAKON	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

MANUEL KAN GURUPLAMA ANTİSERUMLARI

- 1.Kitler hızlı sonuç vermelidir.
- 2.Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
- 3.Test serumları monoklonal olmalıdır.
- 4.Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren en az bir(1) yıl olmalıdır.
- 5.Orjinal ambalajlı olmalı 100 testlik,10 ml'lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
- 6.Kullanılmayan kitler iki(2) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miyatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 7.Aglütinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
- 8.Antijenler likit formda olmalıdır.
- 9.Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
- 10.Ürünler takım ve tekli olmalıdır.
- 11.Anti serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışılabilmelidir.
- 12.Flakon üzerinde markası ,içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.
- 13.Anti-D IgM ve IgG ye duyarlı olmalıdır.

MİKTARLARI :

ANTİ-A	: 5 Flakon
ANTİ-B	: 5 Flakon
ANTİ-D	: 5 Flakon