

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/12/2017 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BRUCELLA COOMBS JEL TEST	TEST	1000		
2	ROSE BENGALANTİJEN	KUTU	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fıili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazıt / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

SARF MALZEME LİSTESİ		
SAYI	BİRİM	Adet
1	Brucella- Rose Bengal 10 ml	

ROSE BENGAL ANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Brucella abortus, Brucella melitensis ve Brucella suis 'e karşı aynı anda etkili olacaktır.
2. 10 ml.'lik ambalajlarda olacaktır.
3. Toplam antijen yanında Brucella Pozitif ve Negatif kontrol Serumunu verilecektir.
4. Her Pakette test miktarınca pleyt ve karıştırma çubuğu olacaktır.
5. Seri kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Dok. Uzm. Tıpçı Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf Ali Sarı
Dip. Tesc. No: 10954

BRUCELLA COOMBS JEL TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-KONU: Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar'ında kullanılmak üzere Brucella Coombs Jel testi teknik şartnamesi

B-TEST MİKTARI:

C-KIT VE SARF MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ:

1. Kit brucella aglütinasyon testini ve coombs testini birlikte çalışmaya uyumlu olmalıdır
2. Jel kart kuyucukları (mikroklon) formunda olmalı ve kuyucukların içinde coombs (anti-human immünglobulinler) antikorları olmalıdır
3. Tarzına ve titrasyon yapabilmeli, kalitatif ve kantitatif çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Testin tarama ve dilüsyon işlemleri dahil 2 saat içinde sonuç vermelidir.
5. Renkleri brucella antijeni ve tampon solüsyonu kitin içinde hazır olmalıdır.
6. Her ambalajın içinde pozitif ve negatif kontroller bulunmalıdır
7. Kit orijinal ambalajında olmalıdır. Kitin içerisinde (jel kartların, dilüent ve antijen) ve üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi, üretici firma adı bulunmalıdır.
8. Kitler en az 2 yıl miyadlı olmalıdır
9. Testi çalışmak üzere gerekli olan sarf malzemeler, Jel kartlarına uyumlu santrifüj cihazı ve mikropipetler firma tarafından ücretsiz olarak getirilmelidir.
10. İhtiyaca göre kitler parti parti gönderilecektir.

Doç. Dr. Tamer Çayırmaç
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf A. ŞAR
Dip. Teşh. No: 124784

