

805

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi
TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KADIN DOĞUM KLINİĞİNDE SMEAR TARAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE POLİLİZİNLİ LAM ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/12/2017 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.



Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KADIN DOĞUM KLINİĞİNDE SMEAR TARAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE POLİLİZİNLİ LAM ALIMI (50'LİK PAKETLERDE)	KUTU	20		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garanti olması

Polilizinli Lam Teknik Sarthomesi

1. Standart ebatta polilizin kaplı ve Superfast A olmalıdır.
2. Lam beyaz camdan, seffaf olmalı ve kolay kırılmamalıdır.
3. Kenarları $\frac{1}{3}$ bızu olmalıdır.
4. Köşeler 90 derece olmalıdır.
5. Ölçüleri $75 \times 25\text{ mm}$ olmalıdır.
6. Kalınlık 1-1,2 mm olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde merkezi,聃 kodu, stok数 miadi ve lot numarası blurlmalıdır.
8. Konarları yıpratılmamış, çapaksız ve ucu işi kesimli olmalıdır.
9. En az bir yüzü bir ustan 2 cm lik kesim宥dejili olmalıdır.
10. Bızu su kumuna kurşun kalemine kolay yozılabilmelii, yazılar kimyasal maddelerle silinememelidir.
11. Otomatik kapama cihazında kırılımılabilir özellikte olmalıdır.
12. Birbirine yapışmamalıdır.
13. İhtiyaca 6'ncı 1000 adet
(50'lik paketlerde 20 tane)

 20.12.2017

Uzm. Dr. S. Seal Baratlı
Tıbbi Patolog Uzmanı