

93

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DİŞ POLİKLİNİĞİ İÇİN AERATÖR BAŞLIĞI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/12/2017 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AERATÖR BAŞLIĞI	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Agri Yolu üzeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

AERATOR BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - Açılmamış orijinal ambalajda olmalıdır.
- 2 - Aerator başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı, 2.2-2.5 atmosfer basınçla çalışmalıdır.
- 3- Aerator başlığı çıkış gücü en az 16 w olmalıdır.
- 4- Dakikadaki dönme hızı 450.000 rpm nin altında olmamalıdır.
- 5- Aerator başlığının kafası minyatür olmalı ve en fazla 10.6x12.5 mm kafa çapı ile optimum görüş alanı sağlamalıdır.
- 6- Türbin borden (Basınçlı hava ve su girişi iki delikli standart borden tipte olmalıdır.) tip olmalı ve çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 7- Aerator başlığı dayanıklılığı artıran kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
- 8- Başlığa frez takılabilmesi için anahtara ihtiyaç olmamalı; push-buton sistem olmalıdır.
- 9- Hortum ve türbin arasında yer alacak adaptör hortumun eksenini etrafında 360 derece dolaşmadan dönebilmeli ve türbine kolayca takılıp çıkarmayı sağlamalı.(coupling sistem).
- 10- Cihazda etkin soğutma sistemi olmalıdır.
- 11- Aerator başlığı kafasında ağız içi tükrük , sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine (clean head sistem) sahip olmalıdır. ve bu işlem kafa üzerindeki 4 ayrı noktadan yapılmalıdır.
- 12- Aerator başlığı, frez tutucuya entegre rulman sistemi (ISB teknolojisi) özelliği ile vibrasyonlu ve düzensiz kullanımlarda çalışma verimini artırıp kartuş ömrünü de uzatmalıdır.
- 13- Ses seviyesi 75 dB den fazla olmamalıdır.
- 14- Dış yapısı ve imalinde kullanılan malzeme çarpma ve düşmeye karşı dirençli ayrıca kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 15- Aerator başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- 16- Aerator başlığı termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
- 17- 135 C 'a kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 18- Cihazın bakımı sprey yağlarla yapılabilmesi.
- 19- Aerator başlığı korozyon direncine sahip olması için tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- 20- Ezilme ve düşmeden doğan arızaların dışında, 2 (iki) yıl garantisi bulunmalı ve garanti belgesinde Türkiye mümessilinin kaşesi bulunmalıdır.
- 21- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

NOT:Teklif edilen malzemenin teknik şartnamenin maddelerine verilmiş cevapları olmalı ve bu cevaplar malzemenin kullanım kılavuzunda ibraz edilmelidir.

.....
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Bis. Fakültesi
Genel YÜREBAŞ
Dip.No:135233