

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **CERRAHİ ASPİRATÖR ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/01/2018 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CERRAHİ ASPİRATÖR	ADET	2		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

CERRAHİ ASPIRATÖR

CİHAZIN VAKUM POMPASI	Kuru tip pistonlu ve bakıma ihtiyaç göstermeyen vakum pompası
VAKUM DEĞERİ	0-680/710 mmHg vakum gücü (Deniz seviyesinde)
VAKUM SAATI	Cihazın ön paneli üzerinde yer alan ve vakum değerini izlemeye yarayan vakum saati, 0-760 mmHg, hassasiyet sınıfı 1.6' dır ve titreşimsiz çalışmaktadır.
VAKUM POMPASI	Kuru tip pistonlu ve bakıma ihtiyaç göstermeyen vakum pompası
ELEKTRİK MOTORU	Cihaz 1400 devir/dakika, 0.9 A, 145 W gücünde monofaze 230V AC motora sahiptir.
AÇMA / KAPAMA ANAHTARI	Vakum ayar anahtarı aynı zamanda açma kapama anahtarı olarak kullanılır.
CİHAZDA KULLANILAN KABLO	3x1 mm ² TTR
MALZEME SEPETİ	Yok
TEKERLEK ÖZELLİKLERİ	Tekerlek Sayısı: 4 Adet, 2'si Frenli Tekerlek Ölçüsü: Ø100mm
GÖVDE MALZEMESİ	Cihaz Gövdesi: Sac metal konstrüksiyon Stand Gövdesi: Sac ve kutu profil konstrüksiyonu
KULLANILAN METALİN BOYA ÖZELLİĞİ	Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Boya kalınlığı min. 150µ ile 200µ mikron arasındır
KAVANOZ KULLANIMI	Cihaz 2 Lt, 3 Lt ve 5 Lt Bıçakçılar marka kavanoz kombinasyonları ve Serres Kanister sistemleri ile kullanılabilir. Cihaz üzerindeki aparata uygun farklı kavanoz seçenekleri ile de kullanılabilir.
HİDROFOBİK FİLTRE	Cihaz Aspirasyon işleminde hidrofobik filtre ile hava geçişine izin verir ve sıvı geçişini önler. Aspirasyon işlemi sırasında kavanozlardan pompaya sıvı geçişini engeller.

ERGONOMİK ÖZELLİKLER

CİHAZ EBADI

Cihaz 25 derecelik kontrol paneli açısı ile ergonomik kullanım, Yönlendirme kolu ve aspirasyon hortum askı aparatı
Vakum değerini ayarlama ve 100mm çapındaki vakummetre ile kolay izleme ve kullanım sağlamaktadır.

485 x 650 x 985 mm

Maksimum Hava Debisi: 50±3 lt/dk (Kavanoz atık giriş ağzındaki değer)
70 lt/dk (Pompa kapasitesi)

Vakum Ayarı: Cihazın ön panelinde açma/kapama anahtarı bulunmalıdır. Bu açma/kapama anahtarı, aynı zamanda cihazın vakum gücünü kademesiz olarak, 0-680/710 mmHg arasında ayarlayabilmektedir.

Sağ-Sol Kavanoz Geçişi: Manuel

Vakum Girişi: Tek

Gürültü Seviyesi: 55dB ±%10

Cihazda ayrıca şamandıralı emniyet kavanozu sistemi mevcuttur. Bu emniyet sistemi sadece Bıçakçılar'ın ürettiği 2 lt, 3 lt, 5 lt kapasiteli atık toplama kavanozlarının kapağında yer almaktadır. Bu sistem sayesinde hidrofobik filtreye ve vakum pompasına sıvı kaçağı önlenmektedir.

Aspirasyon bağlantı hortumu (2m) (1 adet)

Aspirasyon konektörü (2 adet)

Kanül Muhafaza Kabi (1 adet)

Hidrofobik filtre-yedek (2 adet)

Sigorta (3-15 A-F) yedek (2 adet)

Güç Kablosu (1 adet)

Diğer Teknik Özellikler