


T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/18  
Konu : Mal Alımı Hk.

05/01/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimize başvuran Recep TOK isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İş**i 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/01/2018 tarih ve saat **10:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

  
Beymal BLUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KLAVİKULA PLAĞI	ADET	1		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	6		
3	KORTİKAL VİDA	ADET	6		

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

## 1/1-KİLİTLİ KLAVİKULA PLAĞI - TV1550

1. Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.
2. Kilitli clavícula plakları; ISO 5832/3 standartlarındaki TiAL4V ELİ malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün üzerinde; marka, lot no ve CE kayıtlı olmalıdır. Korozyona karşı koruma ve kullanım kolaylığı için ürün renklendirilmiş olmalıdır.
4. Klavikula kilitli plakların; üç boy sağ-sol seçeneği olmalıdır. Plak genişliği 10mm(Toleransı  $\pm 0.5$ mm), kalınlığı 3.5mm olmalıdır (Toleransı  $\pm 0.2$ mm).
5. Plaklar; 4 delikli, 6 delikli ve 8 delikli olmak üzere 3 boy olmalıdır. Her plakta, geçici tespit ve kırık redüksiyonu için iki adet kirschner teli deliği olmalıdır.
6. 2.7 mm, 3.5 mm çaplarında kilitli ve kiltsiz kortikal vidalar, 4 mm çapında spongioz kilitli ve kiltsiz vidalar, klavikula plakları ile kullanabilmelidir.
7. Plaklar; klavikula kemiğinin, anatomik yapısına uygun dizaynında olmalıdır. Kilitli vida kullanılabilmesi için kilitli vida guide olmalıdır.
8. Klavikula plaklar; üst ekstremitate plak seti ve vida seti ile birlikte dizaynli olarak sunulmalıdır.
9. Sette, kilitli vidaların kontrollü sıkılabilmesi için, torklu tornavida olmalıdır.

**TEKLİF VEREN FİRMALAR AMELİYATTAN 1 SAAT ÖNCE MALZEMİYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR**

Op. Dr. Ömer Ali KAYA  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Diy. Tes. No: 122768  
Ağrı Devlet Hastanesi