

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU İLÇEMİZ PATNOS DEVLET HASTANESİ İHTİYACI OLAN 3 (ÜÇ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

24.01.2018

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm. Dr. Aykut BAŞER  
Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	AIRWAY KIRMIZI	300	ADET		
2	STAPLER SÖKÜCÜ	50	ADET		
3	CESET TORBASI	50	ADET		
<b>TOPLAM (KDV HARIÇ)</b>					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **26.01.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNELER MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. UYGUN BULUNMAYAN NUMUNELER GERİ İADE EDİLECEKTİR.
- 8 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 9 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 10 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

### **STAPLER SÖKÜCÜ**

- 1- Disposable Olmalıdır.
- 2-Dokuya zarar vermeden zımbaların rahatlıkla çıkartılmasını sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3-Tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
- 4-Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
- 5-Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
- 6-Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.


### **AIRWAY KIRMIZI**

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır, non toksik tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır, aspirasyon katateri geçişine uygun renk kodlu ısırma bloğu bulunmalıdır, şeffaf olmalıdır.
3. Isı ile etkilenmemelidir.
4. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır
5. Ortasında aspirasyon için kanal bulunmalıdır.
6. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalı, üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Sterilizasyona uygun olmalıdır.
8. Ürünün teslim edildiği tarihten itibaren son kullanım tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
9. numune getirilmesi zorunludur.

  
Şakir KAYA  
Patnos Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

## CESET TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Boyu en az 200 ( $\pm 5$  cm) cm, eni en az açılmış haliyle 190 ( $\pm 5$  cm) cm olmalıdır.
- 2-Kan sıvı v.s. geçirmeyen maddeden yapılmış olmalıdır. Dikiş yerlerinden sıvı geçirmemelidir.
- 3-Tene yapışmadan kolay giydirilmeyi sağlamak için iç yüzeyi astarlı olmalıdır.
- 4-Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
- 5-Ceset torbası üzerinde kimlik bilgilerinin bulunduğu kartları koymak için şeffaf cep olmalıdır.
- 6-Bir uzun tarafı kapalı, diğer üç tarafı fermuarlı olacak ve fermuar başlangıcı ayak ve baş tarafından başlayacaktır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.

  
Şahin KAYA  
Fatma Nevlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi