

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 52
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/01/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ELECTROSURGICAL MARKA HV-300B MODEL KOTER CİHAZI İÇİN KOTER PLAK ARA KABLOSU	ADET	1		
2	ELECTROSURGICAL MARKA HV-300B MODEL KOTER CİHAZI İÇİN BİPOLAR KOTER KABLOSU	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullandığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

KOTER PLAK ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo ELECTROSURGICAL marka HV-300B model koter cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Kablo en az 3m uzunluğunda olmalı ve mavi silikon kablodan yapılmış olmalıdır.
3. Kablo içerisinde yüksek frekans ve 134-136 derece otoklava karşı dayanımı artıran teflon izolasyon malzemesi bulunmalıdır. Kablonun dış kılıfı silikon olmalıdır. Kırılma ve bükülmelere karşı esnek ve dayanıklı olmalıdır.
4. Kablo iç iletkenleri yüksek frekansta çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Kablolar ile beraber mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. Kılavuzda temizleme ve sterilizasyona ait bilgiler bulunmalıdır.
6. Üretici firmanın ISO9001 ve ISO 13485 sertifikaları olmalıdır.

Fİ
Ağrı
Biyomedikal Sorumlusu

BİPOLAR KOTER KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo ELECTROSURGICAL marka HV-300B model koter cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Kablo en az 3m uzunluğunda olmalı ve gri silikon kablodan yapılmış olmalıdır.
3. Kablo içerisinde yüksek frekans ve otoklava karşı dayanımı artıran teflon izolasyon malzemesi bulunmalıdır. Kablonun dış kılıfı silikon olmalıdır. Kırılma ve bükülmelere karşı esnek ve dayanıklı olmalıdır.
4. Kablo iç iletkenleri yüksek frekansta çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Kablo en az 50 defa otoklava sokulabilmelidir.
6. Kablonun forseps bağlantı ucu Avrupa tip forseps uygun olmalıdır.
7. Kablo forseps bağlantı yeri ve konektörleri tamamıyla enjeksiyon olmalı, sonradan lehimleme konektörler kullanılmamalıdır.
8. Kablo konektör ve forseps bağlantı uçlarında kırılmaları engelleyici kablo koruyucular bulunmalıdır.
9. Forseps ve konektör bağlantıları sağlam olmalı herhangi bir oynama olmamalıdır.
10. Kablolar ile beraber mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. Kılavuzda temizleme ve sterilizasyona ait bilgiler bulunmalıdır.
11. Üretici firmanın ISO9001 ve ISO 13485 sertifikaları olmalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu