


**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 53  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/01/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/01/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	MITAR MARKA 01RD MODEL CİHAZLAR İÇİN SPO2 PROBU ARA KABLOSU	ADET	5		
2	MITAR MARKA 01RD MODEL MONİTÖRLER İÇİN EKG KABLOSU	ADET	5		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## SPO2 PROBU ARA KABLO ŞARTNAMESİ

1. Ara kablolar MITAR marka 01RD model cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
2. Boyu en az 2.4 m olmalıdır.
3. Prob takıldıktan sonra probun çıkmasını engelleyici şeffaf plastikten yapılmış kapağı olmalıdır.
4. Konnektör kısmı renk kodlu olmalıdır. Konnektöründe mutlaka kablo koruyucu olmalıdır.
5. Kablonun prob giriş kısmı plastik enjeksiyon olmalıdır. Kesinlikle vidalı olmamalıdır. Ara kablonun prob bağlantı kısmı kutu şeklinde olmamalı prob ve ara kablonun bağlantısı gözle görülebilmelidir.
6. Kablo üzerinde garanti takibi için yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu bulunmalıdır.
7. Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008, ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
8. SPO2 probunun kablosu poliüretan materyal ile kaplı olup kırılmalara karşı esnek yapıya sahip olmalıdır.
9. Paket içerisinde kullanma klavuzu olmalıdır.
10. 6 ay garanti kapsamında olmalıdır.

rat  
grı Devlet  
Biyomedikal

## EKG KABLOSU

1. EKG kablosu MITAR marka 01RD model monitörler ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo monitöre giren ana gövde ve gövdeye enjeksiyon ile sabitlenmiş uç kısımlardan oluşmalıdır. Kablo yekpare şekilde olmalıdır.
3. Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır. Tüm leadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması bulunmalıdır.(R,N,L,F ve C).Uç kabloları renkli olan PVC kablolar kabul edilmeyecektir.
4. Uç kablosundaki kısaçlar da hiçbir şekilde yay kullanılmamalıdır. Kırılmaya karşı malzemeden yapılmış olmalıdır. Mandalların kabloya bağlantı yerlerinde kablo koruyucusu olmalıdır.
5. Kabloların rengi gri renkte olmalıdır. Monitör kablosu kıvrımlara karşı dayanıklı TPU malzemeden olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde renk kodları belirtilmeli hem IEC hem de AHA kodlarına göre isimlendirme yapılmış olmalıdır.
7. Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı, gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
8. Kablo içerisinde Türkçe kullanma talimatları bulunmalıdır.
9. CE belgesi olmalıdır. Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008, ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
10. Hastanenin isteği tutarda 3 lü ve 5 li olarak teslim edilecektir.
11. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalıdır.

Firat DUBAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu