

172

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
ANTİBİYOTİK DİSKLERİ					
1	MEROPENEM 10 UG	KARTUŞ	15		
2	ERTAPENEM 10 UG	KARTUŞ	15		
3	NİTROFURANTİON 300 UG	KARTUŞ	15		
4	FOSFOMYCİN 200 UG	KARTUŞ	15		
5	KOLİSTİN 10 UG	KARTUŞ	5		
6	NORFLOXACİN 10 UG	KARTUŞ	15		
7	TOBRAMİSİN 10 UG	KARTUŞ	10		
8	SEFOTAKSİM 30 UG	KARTUŞ	10		
9	CEFİXİME 5 UG	KARTUŞ	10		
10	LEVOFLOXACİN 5 UG	KARTUŞ	15		
11	AMPİSİLİN/SULBAKTAM 10/10 UG	KARTUŞ	10		
12	BESİYERLİ TRANSPORT SWAP	ADET	1500		
13	PYR TESTİ	TEST	100		
14	İMMERSİYON YAĞI 100 ML	ADET	2		
15	MAY-GRÜNWARD BOYASI 1000 ML	ADET	2		
16	GLEMSA BOYASI 500 ML	ADET	2		
17	OXİDAZ STRİP TEST	TEST	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Haşim BAĞLABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satılma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazit / AGRİ DOGUBAYAZIT AGRİ
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

	SARF MALZEME LİSTESİ	SAYI	BİRİM
1	Antibiyotik Diskleri		
	Meropenem 10 µg	15	Kartuş
	Ertapenem 10 µg	15	Kartuş
	Nitrofurantion 300 µg	15	Kartuş
	Fosfomycin 200 µg	15	Kartuş
	Kolistin 10 µg	5	Kartuş
	Norfloxacin 10 µg	15	Kartuş
	Tobramisin 10 µg	10	Kartuş
	Sefotaksim 30µg	10	Kartuş
	Cefixime 5 µg	10	Kartuş
	Levofloxacin 5µg	15	Kartuş
	Ampisilin/Sulbaktam 10/10µg	10	Kartuş
2	Besiyerli Transport Swap	1500	Adet
4	PYR Testi	100	Test
5	İmmersiyon Yağı 100 ml	2	Adet
6	May-Grünwald boyası 1000 ml	2	Adet
7	Giemsa Boyası 500 ml	2	Adet
8	Oxidaz strip test	50	Test

1. ANTİBİYOTİK DISKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antibiyotik diskleri 50 disk içeren kartuşlar halinde olmalıdır.
2. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.
3. Her kartuş orijinal ambalaj içerisinde steril olmalı ve ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici madde bulunmalıdır.
4. İçerikleri CLSI önerilerinde rutin panellerde yer alan antibiyotiklere uygun olmalı ve disklerin oluşturduğu zonlar CLSI kriterlerini karşılamalıdır.
5. Teklif edilen tüm diskler aynı marka olmalıdır.
6. Diskler -20 C'de saklanmaya uygun olmalıdır.
7. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

2. BESİYERLİ TRANSPORT SWAB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eküvyonlu transport besiyeri swap amies / stuart besiyeri içermelidir.
2. Kapaklı ve korunaklı 12 mm x 150 mm boyutlarında plastik tüp içerisinde, kırılmaya karşı son derece dayanıklı, steril ve ucu pamuk sarılı çubuklar tek tek poşette olmalıdır.
3. Tüp üzerinde satıcı firmanın adı, adresi, malzemenin orijinal adı, seri no, üretim ve son kullanma tarihi ve hasta ile ilgili doldurulacak boş etiket bölümü yer almalıdır.
4. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

...dir.

4. PYR TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerinde üremiş bakterideki alfa pyrolidonoyl beta naftilamaz aktivitesini belirlemeyi sağlayabilmelidir.
2. Hızlı kolorimetrik test olmalıdır.
3. Her birinde 6 test reaksiyon alanı olan 10 adet kart içermelidir.
4. Test kartlarına 7-AMC (amino metil coumarin) emdirilmiş olmalıdır.
5. Kit 60 test PYRaz aktivitesine bakabilmelidir.
6. Test kartları alüminyum poşetler içinde olmalıdır.
7. Kitin içinde açılmış poşetlerin nem almasını engellemek için kapatma klipsleri bulunmalıdır.
8. PYR ile pozitif ve negatif streptokokların ayrımı yapılabilenlidir.
9. Test için gerekli sarf malzeme ve solüsyonlar kit içinde bulunmalıdır.
10. Test alanında kullanılan substrat potent karsinogen olmamalıdır.
11. Sonuçlar en fazla 10 dk içinde alınmalıdır.
12. Son kullanma tarihleri teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

5. İMMERSİYON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskopi amacıyla kullanılacaktır.
2. 100 ml şişelerde olmalı.
3. Berrak ve parlak olmalı, kullanımda çökelek oluşturmamalı, sıvı halde ve kullanıma hazır olmalıdır.
4. Orijinal ambalajı içinde olmalı her solüsyon şişesi üzerinde etiket bulunmalı üzerinde solüsyon adı, tehlike sembolleri bulunmalı, lot numarası kullanım süresi saklama koşulları yazmalı ve ayrıca kutu üzerinde veya içinde de aynı özellikler yazmalıdır.

6. MAY-GRÜNWALD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
2. Sıvı formda olmalıdır. Kendinden sonra kullanılan giemza azur boyası ile birlikte kullanılabilenlidir.
3. Oda ısısında saklanabilmelidir.
4. Ürün 1000 ml'lik şişelerde olmalıdır.
5. Kapağından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır.
6. Üzerinde orjinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.

7. GİEMSA BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
2. Boya homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir.
3. Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
4. 500 ml' lik şişede olmalıdır.

8. OKSİDAZ STİCK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakterilerin sitokrom oksidase enziminin varlığını saptamaya yönelik olmalıdır
2. Oksidaz pozitifliği renk değişimi ile değerlendirilebilmelidir.
3. Stikler şeklinde tasarlanmış olmalı, elle tutulabilecek kısım bir işaretle belirlenmiş ve diğer uçta dimetil-p-phenilendiamin emdirilmiş olmalıdır.
4. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5. Buzdolabında saklanmalı ve son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Teslim sırasında kit, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf AFŞAR
Doğ. Pas. No: 122064

