

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ISITICI BATTANIYE ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Ergin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ISITICI BATTANIYE	ADET	200		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

BAŞBEKÇİ

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Doküme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5 km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik Ağ:

Isıtıcı battaniye

1. Isıtıcı blanketin bir yüzü alüminyum içerikli metalize ışın yayma özellikli, sıcak hava akışı olmadan bile, hastanın radyan vücut ısısını yansıtan, hastayı dış ortamdan izole ederek hipotermiden koruyan bir sisteme sahip olabilmelidir.
2. Isıtıcı blanket latex içermemeli ve dokuma olmayan non-woven yapıya sahip olmalı, polipropilen, polietilen ve alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Isıtıcı blanket X-ray altında kullanılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
4. Isıtıcı blanket yanmaya karşı (alev almayan) standartlarda imal edilmiş olmalıdır.
5. Yetişkin blanket 233x127cm +/- 10cm olmalıdır.
6. Isıtıcı cihaz üzerinde 32°C, 38°C ve 43°C'lik ısı seçenek tuşu olmalıdır.
7. Isıtıcı cihaz üzerinde yüksek ısı limiti, düşük ısı limiti gösteren alarm göstergeleri olmalı, sesli ve görsel ikaz yapabilmelidir.
8. Isıtıcı cihaz seçilen sıcaklıkların birinde +/- 5°C degerinde bir sapma yaptığında otomatik olarak çalışmasını durdurmalıdır.
9. Isıtıcı cihaz üzerinde toplam kullanılan süre ve teknik servis ihtiyacını gösteren bir panel olmalıdır.
10. Isıtıcı cihazın ağırlığı 5.8 kg, hortum uzunluğu 1.8 m olmalı, hortum flexible bir yapıda olmalı ve askı aparatı bulunmalıdır.
11. Isıtıcı cihaz 1560 W güç ile 220-240 V 50-60 Hz çalışabilmelidir.
12. Isıtıcı cihaz çalışma esnasında en fazla 48dB ses şiddetini geçmemelidir.
13. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olmalıdır.
14. Yüklenici firma her 100 adet battaniye için bir adet hasta ısıtma cihazını ücretsiz olarak vermek zorundadır.