

(96)

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTENEMİZ ORTOPEDİ AMELİYATI (HASAN TURAK) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

İDARİ MALİ İŞLERİ MÜDÜRÜ
Engin IZLER

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DEJENERATİF VE TRAVMATİK DOKU REKONSTRÜKSİYON METARYALI	ADET	2		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

Uz.Dr.Hasan BALABAN
BASİDİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Bütünleme veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecaktır.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağinden ameliyatka kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyatdan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacaklarından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın alınmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (IKİ) yıl garanti olmasi
- 10) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 11) Teklif veren firmanan kaşe ve yetkilinin imzası olmak zorundadır.

Ağrı Yolu Üzeri 5 km Doğubayazı / AGRI DOĞUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag

Dejeneratif ve Travmatik Doku Rekonstrüksiyon Materyali Teknik Özellikleri

- Yüksek moleküler ağırlıklı Hiyalüronik Asit: 1.5 – 1.8 mln. Dalton olmalı
- Alerjenik olmayacak şekilde fermentle edilmiş Sodyum Hyaluronate içermeli
- Yüksek aktiflikte bileşim içeriği: %2.2 x 2.5 ml için : 44 mg %2.2x 5ml için 88 mg Sodyum Hyaluronate – olmalıdır.
- Ürün polietilenglikol içermelidir.
- Ürün hayvan orijinli bileşen içermemelidir.
- Etkileyici biçimde acı azatımı sağlamalıdır.
- Ürün kaydırıcı ve şok emici özelliklerinden ötürü ağrısız fizyoljk hareketlere olanak sunmalı.
- Ürün hücrelerin migrasyonunu artırrarak kıkırdağın yeniden yapılandırmasına katkıda bulunmalıdır.
- Bütün eklemler için uygulanabilmelidir.
- Steril, izotonik veapirojenik, düşük fosfat tamponlu solusyon. 7.2 pH ve enjeksiyon kullanımı için su içermeli
- Ürün güçlü bir buhar sterilizasyondan geçirilmiş olmalı.
- Acı ve kısıtlı artiküler hareketlilikte kıkırdak dejenarsyonu olan bütün eklemlerde kullanılabilir.
- Eklem içi saflaştırılmış hiyalüronik asit enjeksiyonu vizkozitesini arttırır.
- Eklem içi tedavi sonrası eklemin hareketliliği artar ve dejeneratif lezyonları azaltmalıdır.
- Ürün C E - GmbH; DIN EN ISO 9001 ve ISO 13485 tüm belgeler A.B onaylı olmalıdır.
- Ürün teslimatında ürüne ait belgeler sunulmalıdır.


T.C. Sağlık Bakanlığı
Dr. Cahit ERGÜRAN
Av. Cerrahi ve Travmatoloji Uzmanı
T.C. H.M.B.T. Lisans No: 127 M.B.T.