

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA VRE TARAMASI İÇİN GEREKLİ BESİYERLERİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/02/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MUELLER HİNTONAGAR PLAK BESİYERİ	ADET	300		
2	KOYUN KANLI AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	1000		
3	EMBAGAR PLAK BESİYERİ	ADET	500		
4	ÇİKOLATA AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	500		
5	VRE TARAMA BESİYERİ	ADET	250		
6	VRE CHROMOGENİK AGAR	ADET	50		
7	CANDİDA CHROMEGENİK AGAR	ADET	50		
8	KOYUN KANLI/ EMB AGAR	ADET	1500		
9	CHROMOGENİK UTİ BESİYERİ	ADET	40		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

H. BALABAN

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447

e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

EK1

MALZEME LİSTESİ, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI

1.	MuellerHintonagar plak besiyeri	300 adet
2.	Koyun kanlı agar plak besiyeri	1000 adet
3.	EMBagar plak besiyeri	500 adet
4.	Çikolata agar plak besiyeri	500 adet
5.	VRE Tarama Besiyeri	250 adet
6.	VRE Chromogenik Agar	50 adet
7.	Candida Chromegenik Agar	50 adet
8.	Koyun Kanlı/ EMB agar	1500 adet
9.	Chromogenic UTI besiyeri	40 adet

BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerlerinin performans ve sterilite kontrollerini gösteren belge sunulmalıdır.
2. Besiyerlerinin lot numaraları her üretim partisi için farklı olmalıdır.
3. Koyun Kanlı/ EMB agar, Koyun kanlı agar, çikolata agar ve EMB agar 90 mm çaplı petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
4. Mueller Hinton agar besiyeri 150 mm çaplı petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
5. Üretici firma CE, ISO 9001:2000, ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.
6. Besiyerlerinin standardizasyonu için çevre koşulları, transport gibi etkenlerin dikkat alındığını ve risk analizlerine değerlendirildiği EN144, ISO 14971 sertifikaları yer almalıdır.
7. Üretici firmanın medikal ürünlere özgü etiketleme ve bilgilendirmeyi sağladığına dair ISO 15223 sertifikası bulunmalıdır.
8. Her ambalaj ikili 10'luk paketlerden toplam 20 petri halinde olmalıdır.
9. Besiyeri ambalajı buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte naylon ağzı yapışkanlı poşetler ile ambalajlanmış olmalıdır.
10. Üremeyi arttırmak amacıyla besiyerinde ayrıca polyitex içermelidir.
11. Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olacaktır.
12. Besiyerlerinin ambalaj kutusu üzerinde satıcı firmanın adı, adresi, malzemenin orjinal adı, seri no, üretim tarihi ve saklama koşullarına ait bilgiler olmalıdır.
13. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
14. **Teslimat laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde ve zamanında olmalıdır. Laboratuvarın istediği sayı üzerinde gönderilen besiyerleri kabul edilmeyecektir.**

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf AFSAR
Dip. Teşh. No: 122094

15. Teslimde kontamine olmuş olanlar veya (+4 C'de stoklanmasına rağmen) normal süresi içinde paketi açılmamış besiyerinin kontamine olanları veya biyokimyasal ve fiziksel özellikleri bozulmuş olanları yenileriyle değiştirilmelidir.
16. Hazır besiyerlerinin transportu soğuk zincir şartlarına uygun şekilde taşınarak ünitemize ulaşması sağlanmalıdır.
17. Besiyerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 6 ay süreli olmalıdır.
18. Üretici firmanın CLSI ve EUCAST normlarda üretim yaptığını ve aktif CLSI ve EUCAST üyeliğinin olduğu belgelenmelidir. Hangi standart kullanılırsa o standarta göre malzeme temini yapılmalıdır.
19. Besiyeri petripleri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
20. Çikolata agar, H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.
21. VRE tarama besiyeri vankomisine dirençli enterokokların izolasyonu için selektif ayırım yapabilmelidir.
22. Koyun kanlı / EMB agar besiyeri iki bölmeli olmalıdır. Bir bölmesinde EMB agar, diğer bölmesinde %5 koyun kanlı agar olmalıdır.
23. VRE kromojenik besiyeri seçici izolasyon sağlayıp, üreyen enterokoklar içerisinde E.faecium ve E.faecalis türlerine ait koloniler farklı renkte görülebilmeli ve böylece ayırımı yapılabilirdir.

Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf AFSAR
Dip. Telec. No: 122094